

RdO Mepa n. 4711085
n. 4 Lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare alle diverse sedi Arpa Piemonte

QUESITO 1:

in riferimento alla procedura in oggetto, in merito alla CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA richiesta al **LOTTO 3** chiediamo se possiamo offrire un prodotto con il livello sonoro alla velocità massima: < 65 dB e non < 62 dB come da Voi richiesto al punto 1.5 delle caratteristiche tecniche e requisiti generali dello strumento.

RISPOSTA AL QUESITO 1:

Il requisito del livello sonoro alla velocità massima $\leq 62\text{dB}$ non è modificabile e rimane confermato.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso