



**REGIONE PIEMONTE**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE**  
**Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)**  
**CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017**

**FORNITURA A N. 7 LOTTI DI FRIGORIFERI DI VARIA TIPOLOGIA, FRIGO-CONGELATORI E CONGELATORI DA LABORATORIO DA DESTINARE AI LABORATORI E ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE**

**(R.D.O. MEPA n. 4702724)**  
**SECONDO VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA DEL 25/11/24**

In data 19\_11\_2024 la Dott.ssa Laura Erbetta in qualità di RUP, avvalendosi del supporto di personale tecnico specializzato, ha proceduto a verificare l'idoneità tecnica delle offerte pervenute per la fornitura a n. 7 lotti di frigoriferi da laboratorio da destinare a diverse Strutture di Arpa Piemonte.

Trattasi nello specifico della seguente strumentazione:

- N 3 FRIGORIFERI CONGELATORI DA LABORATORIO – Destinazioni: Laboratorio Specialistico Nord-Est Novara (n. 1 pz) e Laboratorio specialistico Sud-Est Alessandria (n. 2 pz)
- N 5 FRIGORIFERI A COLONNA DA LABORATORIO – Destinazioni: Laboratorio Specialistico Nord-Ovest Grugliasco (n. 2 pz) Laboratorio Specialistico Nord-Est Novara (n. 1 pz) e Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (n. 2 pz)
- N 2 FRIGORIFERI PER ACCETTAZIONE CAMPIONI – Destinazione: Laboratorio specialistico Sud-Est Asti
- N 2 CONGELATORI A COLONNA - Destinazioni: Laboratorio Specialistico Nord-Ovest Grugliasco (n. 1 pz) e Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (n. 1 pz)
- N 2 FRIGORIFERI DA LABORATORIO VENTILATI – Destinazione: Laboratorio Specialistico Sud-Ovest Cuneo
- N 2 CONGELATORI SENZA CICLI DI SBRINAMENTO – Destinazione: Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (TO)
- N 1 FRIGORIFERO A COLONNA DA LABORATORIO - Destinazione: Laboratorio Specialistico Sud-Ovest Cuneo.

Da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici

In relazione alle offerte pervenute per i diversi lotti, il RUP ha demandato l'ufficio acquisti beni e servizi a richiedere precisazioni come da dettaglio riportato nel verbale del 19 novembre 2024.

Con la seduta odierna, si effettua l'esame delle risposte pervenute con il relativo esito.  
Si precisa che le richieste di chiarimenti sono inoltrate agli operatori economici sottoindicati con note PEC **nella data del 19.11.2024 indicando quale termine ultimo di risposta la data del 25.11.2024 h.12:00**

## LOTTO 1 N.3 FRIGORIFERI CONGELATORI DA LABORATORIO

Precisazioni richieste alle ditte:

### NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

### AHSI SPA

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

### ESITI VALUTAZIONE LOTTO 1 (offerte pervenute 8)

DITTA	MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA	PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA
ORMA SRL	LCv 4010	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta l'intervallo di temperatura di utilizzo richiesto (pt 1.14 - Temperatura di utilizzo 2÷8°C)
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-MCD25L350	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 - Capacità vano congelatore 55÷110 L)
SELEFAR SRL	CB400-TFT	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore e frigorifero ( pt. 1.1 - Capacità vano frigorifero 200÷350L e pt. 1.2 - Capacità vano congelatore 55÷110L)
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	FR CO 30	<b>CONFORME</b>
CBS MEDICAL SRL	FIOCCHETTI LABOR 2T 400 ECT-F PLUS	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 - Capacità vano congelatore 55÷110 L)
CHEMIC ALS SRL	LE. SCFVH.4002	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta l'intervallo di temperatura di utilizzo richiesto (pt 1.14 - Temperatura di utilizzo 2÷8°C)
AHSI SPA	FRAF39/2	<b>CONFORME</b>
CARTO COPY SERVICE SRL	FIOCCHETTI LABOR 2T 400 ECT-F PLUS	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 - Capacità vano congelatore 55÷110 L)

## LOTTO 2 N.5 FRIGORIFERI A COLONNA DA LABORATORIO

Precisazioni richieste alle ditte

### NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_14

**COMFIT SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**SMEG SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 22\_11\_24

**ESITI VALUTAZIONE LOTTO 2 (offerte pervenute 9)**

<b>DITTA</b>	<b>MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA</b>	<b>PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA</b>
ORMA SRL	DS-DM7PR	<b>NON CONFORME</b>  In quanto non rispetta i requisiti di numero ripiani (pt.1.9 Dotato di minimo 4 ripiani regolabili in altezza) e di gas refrigerante ecologico (1.16 Gas refrigerante ecologico/naturale con GWP<=150 e ODP =0)
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-MC5L606	<b>CONFORME</b>
COMFIT SRL	FROST LAB 700 C-BASIC	<b>CONFORME</b>
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	ARF 54X	<b>CONFORME</b>
CHEMIC ALS SRL	LE. SRFVH5501	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di volume del vano (pt. 1.2 - Volume utile 500÷700lt) e di intervallo di temperatura (pt. 1.3 - Temperatura di utilizzo 2÷8°C)
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB R700C PLADV	<b>CONFORME</b>
AHSI SPA	FRAF70-T	<b>CONFORME</b>
CBS MEDICAL SRL	LABOR 500 ECT-F	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di uniformità di temperatura (pt. 1.18 - Uniformità temperatura ±2°C)
SMEG SRL	FV52C1A	<b>CONFORME</b>

**LOTTO 3 N.2 FRIGORIFERI PER ACCETTAZIONI CAMPIONI**

Precisazioni richieste alle ditte

**AHSI SPA**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**ESITI VALUTAZIONE LOTTO 3 (offerte pervenute 4)**

<b>DITTA</b>	<b>MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA</b>	<b>PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA</b>
ORMA SRL	DS-SM40B/I	<b>NON CONFORME</b>  In quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di numero ripiani (pt. 1.5 Dotato di minimo 5 ripiani a griglia regolabili in altezza)
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-MC-5L316	<b>CONFORME</b>
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	FR FA 30	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta l'intervallo di temperatura di utilizzo richiesto (pt 1.2 Temperatura di refrigerazione minimo da 2° a 8°C)
AHSI SPA	FRFS30	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di volume del vano (Pt 1.1 Volume utile 300 ÷ 400L)

**LOTTO 4 N.2 CONGELATORI A COLONNA**

Precisazioni richieste alle ditte

**NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**ENRICO BRUNO SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**ORMA SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC nella stessa data del 19.11.2024

**ESITI VALUTAZIONE LOTTO 4 (offerte pervenute 10)**

<b>DITTA</b>	<b>MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA</b>	<b>PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA</b>

ORMA SRL	DS-SB40B/I	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L)
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	LIEBHERR SFFVH 5501	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L)
SELEFAR SRL	BTN700-TFT	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L)
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	AMCOTA ARC 54X	<b>CONFORME</b>
CHEMIC ALS SRL	LIEBHERR SFFVH 5501	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L)
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KLAB F400C PLADV	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L)
AHSI SPA	AHSI FRAF70B-P	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di volume del vano (pt 1.2 Volume utile 400÷600L)
ENRICO BRUNO SRL	ENRICO BRUNO MOD. M-ANV 510	<b>NON CONFORME</b> Non conforme in quanto il requisito richiesto di porta reversibile ad anta unica (pt.1.11) non è compreso nella fornitura ma dichiarato opzionale
CARTO COPY SERVICE SRL	FIOCCHETTI FREEZER 700 ECT-F	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L) e di uniformità di temperatura (pt 1.20 Uniformità temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )
CBS MEDICAL SRL	FIOCCHETTI FREEZER 700 ECT-F	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano congelatore (pt. 1.2 Volume utile 400÷600 L) e di uniformità di temperatura (pt 1.20 Uniformità temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )

## LOTTO 5 N.2 FRIGORIFERI DA LABORATORIO VENTILATI

Precisazioni richieste alle ditte

### **NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

### **FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**ESITI VALUTAZIONE LOTTO 5 (offerte pervenute 10)**

<b>DITTA</b>	<b>MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA</b>	<b>PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA</b>
ORMA SRL	DS -SM40B/I	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.1 Volume utile 250÷350 L) e di numero di ripiani (pt. 1.5 Dotato di minimo 5 ripiani a griglia regolabili in altezza)
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-MC-5L316	<b>CONFORME</b>
SELEFAR SRL	AT400TFT	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.1 Volume utile 250÷350 L)
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	AMCOTA FR FA 30	<b>CONFORME</b>
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KBPR310C HTS	<b>CONFORME</b>
AHSI SPA	FRFS30	<b>CONFORME</b>
ENRICO BRUNO SRL	MOD. M-APV 340	<b>CONFORME</b>
CARTO COPY SERVICE SRL	FIOCCHETTI LABOR 250ECT-F	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di uniformità di temperatura (pt 1.16 Uniformità temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )
CBS MEDICAL SRL	FIOCCHETTI LABOR 250ECT-F	<b>NON CONFORME</b>  in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di uniformità di temperatura (pt 1.16 Uniformità temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )
SMEG SRL	SMEG FV30C1A	<b>CONFORME</b>

**LOTTO 6 N.2 CONGELATORI SENZA CICLI DI SBRINAMENTO**

Precisazioni richieste alle ditte

**NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**ESITI VALUTAZIONE LOTTO 6 (offerte pervenute 4)**

<b>DITTA</b>	<b>MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA</b>	<b>PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA</b>
ORMA SRL	DS-SB40B/I	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.2 Volume utile 200÷300 L)
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-MD-25L308	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.2 Volume utile 200÷300 L)
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	AMCOTA CV 30	<b>NON CONFORME</b> In quanto il modello offerto non rispetta il requisito relativo alla cassa interna (pt 1.7 Struttura ad alto isolamento con cassa interna in acciaio inox)
SMEG SPA	SMEG C30S22C1A	<b>CONFORME</b>

**LOTTO 7 N.1 FRIGORIFERO A COLONNA DA LABORATORIO**

Precisazioni richieste alle ditte

**NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 20\_11\_24

**KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL**

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 25\_11\_24

**ESITI VALUTAZIONE LOTTO 7 (offerte pervenute 8)**

<b>DITTA</b>	<b>MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA</b>	<b>PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA</b>
ORMA SRL	LKUV 1610	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di intervallo di temperatura di refrigerazione (pt. 1.2 Temperatura di refrigerazione minimo da 2° a 8°C) e di range di oscillazione di temperatura (pt. 1.12 Range di oscillazione temperatura rispetto a quella impostata $\leq \pm 2^\circ\text{C}$ )

FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL	FA-MC5L126	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.1 Volume utile 90÷120 L)
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL	AMCOTA FR FA 14	<b>CONFORME</b>
SMEG SPA	SMEG FV10C1A	<b>CONFORME</b>
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL	KBPR180C NGX	<b>CONFORME</b>
ENRICO BRUNO SRL	M-APV 140	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.1 Volume utile 90÷120 L)
CARTO COPY SERVICE SRL	FIOCCHETTI LABOR 100 ECT-F	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di uniformità di temperatura (pt 1.13 Uniformità temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$ )
SELEFAR SRL	EK160 -TFT	<b>NON CONFORME</b> in quanto il modello offerto non rispetta i requisiti di capacità del vano (pt. 1.1 Volume utile 90÷120 L)

Si demanda alla S.S. Acquisti beni e servizi il proseguimento della procedura di gara.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP

Dott.ssa Laura Erbetta

(firmato digitalmente)

---