

RDO MEPA N. 4702724

FORNITURA A N. 7 LOTTI DI FRIGORIFERI DI VARIA TIPOLOGIA, FRIGO-CONGELATORI E CONGELATORI DA LABORATORIO DA DESTINARE AI LABORATORI E ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE

Chiarimento del 14_10_24

QUESITO 1

entro quanti giorni dalla firma del contratto deve essere consegnata la merce? avete necessità che sia consegnata prima di Natale?

RISPOSTA 1

i tempi di consegna, installazione e collaudo come indicato all'art 5 del capitolato tecnico sono i seguenti: *30 giorni naturali e consecutivi (festivi compresi) dalla data di ricevimento dell'ordine di esecuzione del contratto,*

Entro tal termine dovrà concludersi il tutto. Per maggiori dettagli si rimanda all'articolo suindicato

Chiarimento del 15_10_24

QUESITO 2

con la presente si richiede se per i lotti 3, 5 e 7 è requisito indispensabile la porta cieca oppure se allo stesso prezzo può essere offerta la porta in vetro migliorativa.

RISPOSTA 2

trattandosi di soluzione migliorativa in quanto il materiale interno è ispezionabile senza aprire il frigorifero, si ritiene accettabile.

Chiarimenti del 16_10_2024

QUESITO 3

LOTTO 1: potete accettare un valore relativo alla dimensione dei vani pari fino al 10% in meno rispetto ai valori minimi indicati

RISPOSTA 3

Come previsto all'art 3 del capitolato tecnico tabella requisiti lotto 1 (punti 1.1 e 1.2) le capacità sia del vano frigorifero che del vano congelatore sono vincolanti pertanto non può essere accettata una dimensione diversa rispetto al range fissato.

QUESITO 4

Ove si legge la dicitura "con ruote bloccanti" si intende che il frigo debba avere ruote dotate di freno oppure i piedini di fissaggio sono sufficienti a garanzia di stabilità?

RISPOSTA 4

per i lotti 3 e 5 (ove si legge la dicitura "con ruote bloccanti") si richiedono esclusivamente ruote dotate di freno

QUESITO 5

per ogni luogo di consegna/messa in funzione si richiede vengano indicati:

- conferma circa la possibilità di stazionamento camion in prossimità dello stabile nel quale il prodotto deve essere consegnato;
- il piano di consegna di ogni prodotto;
- la presenza o meno di ascensore;
- eventuali barriere architettoniche (es. gradini) dal luogo di stazionamento del camion al luogo di messa in funzione

RISPOSTA 5

Si faccia riferimento al file denominato "Quesito 5_risposta

Chiarimenti del 17_10_2024

QUESITO 6

nel capitolato di gara viene richiesto per alcuni modelli un sistema di sbrinamento no frost solitamente utilizzato per strumentazione di derivazione domestica, con la presente chiediamo se per voi accettabile un sistema di sbrinamento automatico con resistenza o in alternativa un sistema con sbrinamento manuale a fermo macchina.

RISPOSTA 6

al punto 1.7 dei requisiti per il lotto 1 per "tecnologia NO FROST " si intende sbrinamento automatico, quello manuale non è ammesso

Chiarimenti del 18_10_2024

QUESITO 7

Con la presente per richiedere se è possibile partecipare ad alcuni dei lotti di gara richiesti o se l'appalto prevede l'aggiudicazione di tutti e 7 i lotti ad un unico fornitore.

RISPOSTA 7

in relazione al chiarimento posto si precisa che, è possibile partecipare ad uno o più lotti o tutti i lotti della procedura di gara

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio del prezzo più basso

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso

| SEDE GRU | SEDE CN | SEDE ASTI | SEDE AL (spalto marengo) | SEDE NOVARA | SEDE LA LOGGIA |
|----------|---------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|
|----------|---------|-----------|--------------------------|-------------|----------------|

CHIARIMENTO RICHIESTO:

per ogni luogo di consegna/messa in funzione si richiede vengano indicati:

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------------------|--|----------------|
| 1 | conferma circa la possibilità di stazionamento camion in prossimità dello stabile nel quale il prodotto deve essere consegnato; | Confermata | Confermata | sì | sì | SI | si |
| 2 | il piano di consegna di ogni prodotto; | primo piano | secondo piano | 3° piano | 1° piano | 1 FRIGORIFERI CONGELATORI DA LABORATORIO: secondo piano FRIGORIFERI A COLONNA DA LABORATORIO: primo piano | piano terra |
| 3 | la presenza o meno di ascensore; | disponibile ascensore | disponibile ascensore | sì (apertura 90cm altezza 210cm peso max 860kg) | sì (montacarichi) | SI | non necessario |
| 4 | eventuali barriere architettoniche (es. gradini) dal luogo di stazionamento del camion al luogo di messa in funzione | l'ascensore è facilmente raggiungibile senza barriere dal luogo di parcheggio del camion | l'ascensore è facilmente raggiungibile senza barriere dal luogo di parcheggio del camion | no | no | NO | no |