



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)
CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017

FORNITURA A N. 7 LOTTI DI FRIGORIFERI DI VARIA TIPOLOGIA, FRIGO-CONGELATORI E CONGELATORI DA LABORATORIO DA DESTINARE AI LABORATORI E ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE

(R.D.O. MEPA n. 4702724)
VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA

Con Determinazione dirigenziale n. 759 del 07.10.2024 del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento affari amministrativi e personale è stata indetta RDO MEPA (Richiesta di offerta) per la fornitura a n. 7 lotti distinti frigoriferi di varia tipologia, frigo-congelatori e congelatori da laboratorio da destinare ai laboratori ed alle Strutture di Arpa Piemonte.

Trattasi nello specifico della seguente strumentazione:

- N 3 FRIGORIFERI CONGELATORI DA LABORATORIO – Destinazioni: Laboratorio Specialistico Nord-Est Novara (n. 1 pz) e Laboratorio specialistico Sud-Est Alessandria (n. 2 pz)
- N 5 FRIGORIFERI A COLONNA DA LABORATORIO – Destinazioni: Laboratorio Specialistico Nord-Ovest Grugliasco (n. 2 pz) Laboratorio Specialistico Nord-Est Novara (n. 1 pz) e Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (n. 2 pz)
- N 2 FRIGORIFERI PER ACCETTAZIONE CAMPIONI – Destinazione: Laboratorio specialistico Sud-Est Asti
- N 2 CONGELATORI A COLONNA - Destinazioni: Laboratorio Specialistico Nord-Ovest Grugliasco (n. 1 pz) e Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (n. 1 pz)
- N 2 FRIGORIFERI DA LABORATORIO VENTILATI – Destinazione: Laboratorio Specialistico Sud-Ovest Cuneo
- N 2 CONGELATORI SENZA CICLI DI SBRINAMENTO – Destinazione: Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (TO)
- N 1 FRIGORIFERO A COLONNA DA LABORATORIO - Destinazione: Laboratorio Specialistico Sud-Ovest Cuneo.

Da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici minimi indicati nei documenti di gara.

Alla procedura sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella categoria oggetto della RDO denominata **“BENI”**, /CATEGORIA PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata **in data 30.10.2024. h: 12:00.**

Nei termini fissati sono pervenute le seguenti offerte distinte per lotto:

LOTTO 1 (offerte pervenute 8):

ORMA SRL
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
SELEFAR SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
CBS MEDICAL SRL
CHEMIC ALS SRL
AHSI SPA
CARTO COPY SERVICE SRL

LOTTO 2 (offerte pervenute 9):

ORMA SRL
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
COMFIT SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
CHEMIC ALS SRL
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
AHSI SPA
CBS MEDICAL SRL
SMEG SRL

LOTTO 3 (offerte pervenute 4):

ORMA SRL
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
AHSI SPA

LOTTO 4 (offerte pervenute 10):

ORMA SRL
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
SELEFAR SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
CHEMIC ALS SRL
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
AHSI SPA
ENRICO BRUNO SRL
CARTO COPY SERVICE SRL
CBS MEDICAL SRL

LOTTO 5 (offerte pervenute 10):

ORMA SRL
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
SELEFAR SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
AHSI SPA
ENRICO BRUNO SRL
CARTO COPY SERVICE SRL
CBS MEDICAL SRL
SMEG SRL

LOTTO 6 (offerte pervenute 4):

ORMA SRL
FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
SMEG SPA

LOTTO 7 (offerte pervenute 8):

ORMA SRL

FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL
SMEG SPA
KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL
ENRICO BRUNO SRL
CARTO COPY SERVICE SRL
SELEFAR SRL

La Struttura Acquisti beni e servizi ha proceduto:

- all'apertura e verifica della documentazione amministrativa caricata sul portale, richiedendo in soccorso istruttorio alle Ditte AHSI SPA, COMFIT SRL, NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL, CARTO COPY SERVICE SRL e KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL l'integrazione dell'Allegato 2 Dichiarazione di autocertificazione che risultava illeggibile o non scaricabile. Le ditte hanno fatto pervenire quanto mancante

- ha altresì proceduto a scaricare le offerte tecniche presentate per ciascun lotto. Anche in questo caso, è stato richiesto alle Ditte CARTO COPY SERVICE SRL, NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL, AHSI SPA e CBS MEDICAL SRL e COMFIT di ritrasmettere le schede tecniche che, erano presenti sul portale che risultavano illeggibili o non scaricabili. Anche in questo caso, è pervenuto quanto richiesto.

VALUTAZIONE TECNICA

ESITO

In data 15/11/2024 Il RUP Laura Erbetta coadiuvata da personale tecnico dell'Agenzia procede alla valutazione di conformità tecnica delle offerte pervenute.

Considerato che, dalla disamina delle offerte tecniche, sussistono per tutti i lotti diversi elementi di ambiguità che necessitano di chiarimento da parte di alcuni offerenti, si richiede alla Ditte più sotto riportate di meglio specificare le offerte in merito ai lotti/punti indicati nelle seguenti tabelle.

DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
1	- Si richiede di confermare se presente "Allarme acustico porta aperta controllabile separatamente per frigorifero e congelatore" (requisito 1.9) - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)
2	- Si richiede di confermare i requisiti di cui ai punti 1.3 - 1.6 - 1.7 - 1.12 - 1.18 del lotto 2 - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)
4	- Si richiede di confermare il requisito di cui al punto 1.20 "Uniformità temperatura $\pm 2^{\circ}\text{C}$ " - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
5	- Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)

6	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare il requisito di cui al punto 1.7 "Struttura ad alto isolamento con cassa interna in acciaio inox" - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
7	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)

DITTA AHSI SPA

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
1	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)
3	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di indicare se il volume indicato di 300 litri si riferisca al volume netto o lordo - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)

DITTA COMFIT SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
2	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare i requisiti di cui ai punti 1.15 - 1.17- 1.18 del lotto 2 - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)

DITTA FRIGOMECCANICA ANDREAUS SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
2	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare i requisiti di cui al punto 1.6 "Presa per allaccio elettrico tipo Schuko" - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)
3	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di indicare se il volume indicato di 316 litri si riferisca al volume netto o lordo - Si richiede di confermare il requisito di cui al punto 1.14 "Range di oscillazione temperatura rispetto a quella impostata $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$" - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
5	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare il requisito di cui al punto 1.15 "Range di oscillazione temperatura rispetto a quella impostata $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$" - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
6	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di indicare se il volume indicato di 308 litri si riferisca al volume netto o lordo

	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare i requisiti di cui ai punti 1.17 - 1.18 - 1.19 - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
7	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare il requisito di cui al punto 1.12 "Range di oscillazione temperatura rispetto a quella impostata $\leq \pm 2^{\circ}\text{C}$" - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)

DITTA KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
2	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)
4	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di specificare il volume il volume netto del congelatore offerto - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
5	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
7	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)

DITTA SMEG SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
2	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di indicare se il volume indicato di 520 litri si riferisca al volume netto o lordo - Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.6)

DITTA ENRICO BRUNO SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
4	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di confermare se il requisito di cui al punto 1.11 "Apertura porta reversibile ad anta unica" sia compreso nella fornitura

DITTA ORMA SRL

LOTTO DI OFFERTA	CHIARIMENTO
4	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiede di specificare il volume il volume netto del congelatore offerto - Si richiede di confermare i requisiti di cui ai punti 1.8- 1.11 - 1.12 - 1.13 - 1.16 - 1.17 - 1.19 - 1.20

	- Si richiede di confermare se sono offerte TUTTE le prestazioni indicate in Capitolato come comprese nella fornitura (punti da 2.1 a 2.7)
--	--

Si demanda all'Ufficio Acquisti l'invio alle Ditte della richiesta di risposta ai chiarimenti prima della valutazione di conformità tecnica finale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP
Dott.ssa Laura Erbetta
(firmato digitalmente)