

**RDO n. 4849804 Oggetto: Fornitura a n.2 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare alla rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte**

**Risposte ai quesiti pervenuti:**

**Domanda:**

Relativamente al sopralluogo chiediamo se il riferimento alle norme tecniche di riferimento per la determinazione del particolato atmosferico siano un refuso non essendoci in gara misuratori di particolato.

**Risposta:**

Trattasi di refuso. Occorre fare riferimento alle norme tecniche per la determinazione degli inquinanti di cui alla procedura in corso (ozono e BTEX).

**Domanda:**

LOTTO 2 ANALIZZATORI GASCROMATOGRAFICI - Requisiti minimi irrinunciabili: punto 5  
*L'eluizione dei composti nella colonna di separazione deve avvenire esclusivamente con carrier azoto, a temperatura fissa e/o programmata mediante forno con riscaldamento/raffreddamento ad aria forzata.*

Si richiede cortesemente di poter estendere la richiesta anche alla possibilità di utilizzo dell'Idrogeno completo del suo generatore quale unico gas di servizio. La richiesta è motivata da un aspetto di maggiore sicurezza sul lavoro in quanto con questa soluzione non è più necessaria la movimentazione manuale delle bombole di azoto ed inoltre per favorire una più ampia partecipazione alla gara di strumenti certificati per la misura dei BTEX in aria.

**Risposta:**

In relazione alla richiesta, si precisa che già attualmente non sono presenti bombole a servizio dell'analizzatore in questione e, nella rete regionale, sono presenti generatori di azoto. Purtroppo il cambio di gas carrier, viste le specifiche del capitolato, non è stato dichiarato al servizio di sicurezza interno, prima della presente procedura di acquisto, e quindi non è possibile dar seguito all'estensione richiesta (ovvero la variazione di gas carrier).

**Domanda:**

**Interfacciamento con il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria**

Viene richiesto che lo strumento sia dotato di modem/router per il controllo remoto. Pensiamo possa essere un refuso poiché lo strumento è già controllabile da remoto a seguito dell'opera di interfacciamento dell'analizzatore mod. O342e con l'S.R.R.Q.A. Risulta effettivamente necessario il modem/router richiesto?

**Risposta:**

Non si tratta di refuso, corrisponde al vero che il driver consente l'interfacciamento dell'analizzatore con il sistema regionale; il modem/router è stato inserito per situazioni di emergenza ma può essere sostituito da altre soluzioni tecnologiche.

**Domanda:**

Con riferimento al documento "Condizioni particolari di fornitura" ed in particolare all'art 3, si chiede gentile conferma che quanto riportato a pag. 5 e precisamente il seguente capoverso "Inoltre, ai fini della partecipazione della procedura di gara i concorrenti dovranno impegnarsi a garantire in caso di aggiudicazione del servizio la presenza di personale con le seguenti conoscenze specialistiche [...] destinatari del servizio ed il relativo periodo" sia da considerarsi un refuso, non rientrando quindi in "Requisiti, modalità di partecipazione alla gara".

**Risposta:**

Trattasi di refuso, non sono richieste conoscenze specialistiche di carattere informatico per il personale dedicato all'appalto.

**Domanda:**

Si chiede di confermare che gli analizzatori di ozono previsti in fornitura per il LOTTO 1 siano di nuova installazione, mentre gli analizzatori di BTEX previsti in fornitura per il Lotto 2 siano tutti in sostituzione di analoga strumentazione esistente. Diversamente si chiede gentilmente di indicare quanti degli analizzatori previsti per i due lotti sono previsti in sostituzione di analoghi esistenti. Chiediamo inoltre gentilmente se è possibile conoscere il quantitativo degli strumenti che verranno sostituiti, suddivisi almeno per provincia.

**Risposta:**

Sia gli analizzatori Lotto 1 che del lotto 2 sono tutti in sostituzione di strumentazione esistente oramai obsoleta.

Al momento non è possibile indicare le province di destinazione in quanto si procederà con le sostituzioni più urgenti nella rete di rilevamento al momento del termine della procedura di acquisto.

**Domanda:**

Si chiede gentile conferma che il periodo di garanzia full risk minimo da prevedere, che decorrerà dalla data di emissione del verbale di verifica di conformità, è di 12 (dodici) mesi per ogni apparecchio fornito.

**Risposta:**

Si conferma che il periodo di garanzia full risk previsto come requisito minimo è pari a mesi 12.

**Domanda:**

Con riferimento ai documenti di gara, si chiede di confermare che gli analizzatori di ozono previsti per il lotto 1 siano n.6 (sei) analizzatori.

**Risposta:**

Si conferma che gli analizzatori di ozono previsti per il lotto 1 sono 6 (sei).

**Domanda:**

Si chiede di confermare che il modello di offerta economica da utilizzare è il documento Allegato 4\_Offerta economica da compilarsi singolarmente per ogni lotto per la parte di pertinenza e che lo stesso corrisponda all'*Allegato 3 Modello di dettaglio offerta economica* indicato a pag. 6 del documento "Condizioni particolari di fornitura" art.3.

**Risposta:**

Si conferma che il modulo da utilizzare per la presentazione dell'offerta economica è l'allegato 4 "Offerta economica". Il riferimento all'*Allegato 3 Modello di dettaglio offerta economica* indicato a pag. 6 del documento "Condizioni particolari di fornitura" art.3 è da considerarsi un refuso.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice  
Acquisti Beni e Servizi  
(Dott. Massimo Boasso)