

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 36/2023 e s.m.i., PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 4 LOTTI DI STRUMENTAZIONE DA DESTINARE
ALLA STRUTTURA SEMPLICE RADIAZIONI NON IONIZZANTI**

**Fornitura nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari
CUP I83C22000640005**

VERBALE TECNICO VALUTAZIONE LOTTI 1_2_4

con Determinazione Dirigenziale n. 567 del 18/07/2025 è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata all'aggiudicazione della *fornitura a n. 4 lotti (comprensiva di consegna, installazione e verifica di conformità) di strumentazione tecnico scientifica da destinare alla Struttura semplice Radiazioni non ionizzanti di Arpa Piemonte*

- n. 1 (uno) amplificatore di potenza (Lotto 1 CIG B7C68B868C)
- n. 1 (uno) 1 antenna isotropa (Lotto 2 CIG B7C68B975F)
- n. 1 (uno) generatore di segnali vettoriale (Lotto 3 CIG B7C68BA832)
- n. 3 (tre) sensori di potenza a radiofrequenza (Lotto 4 CIG B7C68BB905)

Per avviare la procedura, si è proceduto a pubblicare una richiesta di offerta (RDO n. 5527934) sul Mercato Elettronico della P.A. istituito da Consip S.p.a. per conto del M.E.F. ed il criterio di aggiudicazione è stato individuato, per i LOTTI 1 / 3 nell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato, per i LOTTI 2 / 4 quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Alla scadenza della procedura (15.09.2025) sono pervenute le seguenti offerte distinte per lotto:

Denominazione Concorrente	Lotto	Data di Presentazione Offerta
ROHDE & SCHWARZ ITALIA spa	1 / 3 / 4	11/09/2025
TEST IT srl	2 / 3	12/09/2025
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL A UNICO SOCIO	3	15/09/2025

A seguito di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti, di cui si è occupato il competente Ufficio Acquisti beni e servizi, tutte le offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara.

con Determinazione Dirigenziale n. 732 del 06.10.2025 è stata disposta l'ammissione alla fase successiva della procedura per tutti i Concorrenti e per il solo lotto 3 è stata nominata apposita commissione giudicatrice così composta:

Presidente: Giovanni D'Amore Dirigente Responsabile *ad interim* della Struttura Complessa Dipartimento Rischi fisici e tecnologici

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Commissari*: Sara Adda Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la Struttura Complessa Dipartimento Rischi fisici e tecnologici

Commissari*: Stefano Trincherò Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la Struttura semplice Radiazioni non ionizzanti

In data odierna si procede con l'esame della documentazione tecnica presentata per i lotti 1 / 2 / 4 allo scopo di verificarne la congruità e la rispondenza con le specifiche di minima imposte dal capitolato tecnico di gara. Si occupa di effettuare tali valutazioni la stessa Commissione giudicatrice suindicata

Lotto 1 n. 1 (uno) amplificatore di potenza CIG B7C68B868C

Offerta unica Ditta ROHDE & SCHWARZ ITALIA spa

VALUTAZIONE

In relazione al requisito minimo previsto all'art 3 punto 1.6 del capitolato tecnico *Rete di adattamento universale con resistenza di shunt integrata almeno fino a 200kHz, per compensare l'induttanza delle bobine di Helmholtz dotata di controllo remoto via LAN o GPIB o RS232 con fornitura dei comandi*, lo stesso è stato dichiarato in sede di offerta, non sono però presenti evidenze comprovanti tale requisito

Pertanto, si demanda all'Ufficio Acquisti beni e servizi la richiesta del seguente chiarimento in soccorso procedimentale:

Si chiede di fornire DataSheet Rete di Adattamento ("Rete di Adattamento.pdf")

ESITO SOSPESO IN ATTESA DI CHIARIMENTO

lotto 4 n. 3 (tre) sensori di potenza a radiofrequenza CIG B7C68BB905

Offerta unica Ditta ROHDE & SCHWARZ ITALIA spa

VALUTAZIONE

Il prodotto offerto rispetta i requisiti richiesti – **Offerta Conforme**

lotto 2 n. 1 (uno) 1 antenna isotropa CIG B7C68B975F

Offerta unica Ditta TEST IT srl

VALUTAZIONE

Non è stata fornita l'offerta tecnica ma solo un data sheet che riporta specifiche di una antenna che non rispettano i requisiti minimi richiesti. La non rispondenza ai requisiti è attestata anche dal modello di antenna descritta nel data sheet che non risulta essere una "antenna isotropa" come richiesto. **OFFERTA NON CONFORME**

Si resta in attesa del chiarimento per poter concludere la valutazione dell'offerta di cui al lotto 1

Letto, confermato, sottoscritto

FIRMA