

Servizio manutenzione apparecchiature – Valutazione rischi interferenti									
Rischio di interferenza	Soggetto	Rischio di interferenza			Misure tecniche/operative da adottare per ridurre il rischio di interferenza	Soggetto che deve attuare la misura	Rischio di interferenza residuo		
		P	D	R			P _R	D _R	R _R
Elettrocuzione	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	4	4	Sospensione operazioni interne su impianti elettrici	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☒ SI ☐ No	1	4	4	Comunicazione ad Arpa l'inizio delle attività Il personale per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti e apparecchiature dovrà essere specificamente informato, addestrato ed in possesso di idonea qualifica (PAV, PES) Gli interventi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalla Vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e con quanto stabilito dalla Norme tecniche CEI Le principali misure di sicurezza da adottare nei lavori su impianti a bassa tensione sono • togliere tensione all'impianto/apparecchiatura • adottare tutte le misure necessarie affinché venga impedito il ripristino della linea (esponendo sui sezionatori e/o interruttori aperti idonea cartellonistica con l'indicazione "lavori in corso - non effettuare manovre" o adottando blocchi meccanici sui sezionatori e/o interruttori) • accertarsi, mediante appositi strumenti di misura, che non vi sia più tensione sull'impianto, fra le fasi e verso terra	Impresa			

Servizio manutenzione apparecchiature – Valutazione rischi interferenti									
Rischio di interferenza	Soggetto	Rischio di interferenza			Misure tecniche/operative da adottare per ridurre il rischio di interferenza	Soggetto che deve attuare la misura	Rischio di interferenza residuo		
		P	D	R			P _R	D _R	R _R
Cadute a livello, scivolamenti	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	2	2	• Illuminazione adeguata nei corridoi e lungo le scale • Strisce antiscivolo sui gradini delle scale • Periodica manutenzione della pavimentazione di cortili e piazzali	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☒ SI ☐ No	1	2	2	• Delimitazione e segnalazione area di lavoro con divieto di accesso da parte del personale Arpa • Separazione, dove possibile, dei percorsi di accesso alle zone di lavoro • Particolare attenzione nella movimentazione di materiale ed attrezzature ingombranti (es scale, trabattelli, etc..) durante il transito lungo i corridoi e negli spazi comuni	Impresa			
Recipienti in pressione	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	2	3	6	In caso di presenza impianti attrezzature in pressione (PED) e bombole in laboratorio: • sospensione attività analitiche che utilizzano attrezzature PED • Messa in sicurezza attrezzature PED con intercettazione linee e rubinetti. Rimozione eventuali bombole di gas compresso dalla zona interessata o in caso contrario corretto fissaggio della stessa a parete e/o supporto stabile. • Limitazione della capacità di stoccaggio gas compressi in laboratorio in relazione al loro effettivo utilizzo • Segnaletica di sicurezza	Arpa Piemonte	2 ¹	1	2
	Impresa ☐ SI ☒ No	-	-	-	-	-			

¹ La probabilità residua è assunta pari a 2 tenuto conto della necessità di ridurre la capacità di stoccaggio/modificare l'alloggiamento delle bombole in alcuni laboratori

Servizio manutenzione apparecchiature – Valutazione rischi interferenti									
Rischio di interferenza	Soggetto	Rischio di interferenza			Misure tecniche/operative da adottare per ridurre il rischio di interferenza	Soggetto che deve attuare la misura	Rischio di interferenza residuo		
		P	D	R			P _R	D _R	R _R
Radiazioni ionizzanti	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	2	2	Sospensione attività analitiche. Stoccaggio in sicurezza di sorgenti/materiale radiogeno	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☐ SI ☒ No	-	-	-	-	-			
Sostanze pericolose	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	3	3	Sospensione attività analitiche Rimozione messa in sicurezza delle sostanze pericolose dalla zona / area di intervento	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☐ SI ☒ No	-	-	-	-	-			
Amianto	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	4	4	Assenza di attività analitiche su campioni contenenti amianto Pulizia dei locali e delle apparecchiature utilizzate dopo ogni attività analitica secondo specifiche istruzioni operative	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☐ SI ☒ No	-	-	-	L'accesso ai locali è consentito esclusivamente dopo avvenuta pulizia dei locali da parte del personale Arpa e a seguito di permesso di lavoro rilasciato dal referente / responsabile di sede Utilizzo di DPI specifici (FFP3, guanti monouso, tuta e calzari in tyvek)	Impresa			

Servizio manutenzione apparecchiature – Valutazione rischi interferenti									
Rischio di interferenza	Soggetto	Rischio di interferenza			Misure tecniche/operative da adottare per ridurre il rischio di interferenza	Soggetto che deve attuare la misura	Rischio di interferenza residuo		
Agenti biologici	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	2	2	Sospensione attività analitiche	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☐ SI ☒ No	-	-	-	-	-			
Transito mezzi	Arpa Piemonte ☒ SI ☐ No	1	3	3	- Rispetto limiti di velocità di 10 km/h all'interno dell'area di manovra automezzi - Durante le manovre dei mezzi il conducente prima dell'inizio delle manovre dovrà assicurarsi che l'area di manovra del mezzo sia libera da ostacoli e dalla presenza di personale in transito	Arpa Piemonte	1	1	1
	Impresa ☒ SI ☐ No	1	3	3	- Delimitazione e segnalazione eventuale area destinata alla sosta dei mezzi dell'impresa - Rispetto limiti di velocità di 10 km/h all'interno dell'area di manovra automezzi - Durante le manovre dei mezzi il conducente prima dell'inizio delle manovre dovrà assicurarsi che l'area di manovra del mezzo sia libera da ostacoli e dalla presenza di personale in transito	Impresa			
Caduta materiale dall'alto	Arpa Piemonte ☐ SI ☒ No	-	-	-	-		1	1	1
	Impresa ☒ SI ☐ No	1	4	4	Delimitazione e segnalazione area di lavoro con divieto di accesso da parte del personale Arpa	Impresa			