

RDO MEPA N.5745735

Condizioni particolari di fornitura

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO
SCIENTIFICA DI VARIA TIPOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

LOTTO 1 N° 2 BILANCE DI PRECISIONE PER ANALISI AMIANTO (CIG B8D59E4C4A)

Chiarimenti del 06_11_25

QUESITO 1

Data la piccola entità dei campioni, un tempo insufficiente non garantirebbe la necessaria robustezza e precisione delle misurazioni. Per tale motivo si richiede la possibilità di offrire una bilancia con un tempo di stabilizzazione di circa 10 secondi.

RISPOSTA QUESITO 1

Riferimento capitolato tecnico (lotto 1 tabella punto 2.4 Tempo di stabilizzazione: $\leq 4s$)

La proposta non è accettabile. Si conferma il requisito presente nel capitolato tecnico per il lotto in questione

Chiarimenti del 07_11_25

QUESITO 2

E' possibile esternalizzare l'attività di fornitura del certificato di taratura conforme alla norma ISO 17025 (con quotazione a parte), oppure deve essere necessariamente compreso con la bilancia?

RISPOSTA QUESITO 2

Riferimento capitolato tecnico (lotto 1 tabella punto 3.1 certificato di taratura conforme alla norma ISO 17025)

La proposta non è accettabile. Il certificato di taratura rientra tra i requisiti minimi irrinunciabili previsti per la formulazione dell'offerta

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso