

RDO MEPA N.5745735

Condizioni particolari di fornitura

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO
SCIENTIFICA DI VARIA TIPOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

Chiarimenti del 10_11_25

LOTTO 3 N° 1 INCUBATORE REFRIGERATO PER ANALISI MICROBIOLOGICHE (CIG B8D59E6DF0)

QUESITO 1

Al fine di definire l'impegno necessario alla consegna del bene, si richiede di specificare nel dettaglio: luogo di consegna, posizionamento e relativa presenza o meno di barriere architettoniche di qualunque tipo. Nel caso in cui siano presenti degli scalini Vi invitiamo a precisare il numero, la larghezza e l'altezza. Analogamente Vi invitiamo a segnalare l'eventuale presenza di pianerottoli che comportino una rotazione nel senso di percorrenza e di specificare le loro dimensioni anche in questo caso. Inoltre, si richiede di specificare l'eventuale presenza di porte per l'accesso ai locali con le relative dimensioni di apertura.

Nel caso in cui siano presenti ascensori e/o montacarichi, si richiede anche in questo caso di specificare le dimensioni di apertura delle porte, profondità, larghezza e altezza del vano dell'ascensore.

RISPOSTA QUESITO 1

L'indirizzo di consegna è Strada Nizza 24 – La Loggia, piano terra

Non sono presenti scalini, pianerottoli, ascensori o montacarichi. La dimensione massima di apertura della porta di accesso ai locali è 150 x 210 cm (LxH).

QUESITO 2

Si richiede gentilmente di specificare se sia da Voi accettata una variazione nel tempo della temperatura a 25°C di $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ anziché di $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.

RISPOSTA QUESITO 2

Si conferma il requisito indicato nel capitolato tecnico lotto 3 punto 2.2 *Variazione temperatura a 25°C (nel tempo) $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$*

LOTTO 4 N° 1 INCUBATORE REFRIGERATO PER ANALISI SU ACQUE DI SCARICO (CIG B8D59E7EC3)

QUESITO 3

Al fine di definire l'impegno necessario alla consegna del bene, si richiede di specificare nel dettaglio: luogo di consegna, posizionamento e relativa presenza o meno di barriere architettoniche di qualunque tipo. Nel caso in cui siano presenti degli scalini Vi invitiamo a precisare il numero, la larghezza e l'altezza. Analogamente Vi invitiamo a segnalare l'eventuale presenza di pianerottoli che comportino una rotazione nel senso di percorrenza e di specificare le loro dimensioni anche in questo caso. Inoltre, si richiede di specificare l'eventuale presenza di porte per l'accesso ai locali con le relative dimensioni di apertura.

Nel caso in cui siano presenti ascensori e/o montacarichi, si richiede anche in questo caso di specificare le dimensioni di apertura delle porte, profondità, larghezza e altezza del vano dell'ascensore.

RISPOSTA QUESITO 3

L'incubatore dovrà essere collocato al primo piano dell'edificio sede del laboratorio. E' possibile accedere al piano terra direttamente dalla strada senza gradini o dislivelli.

Per raggiungere il primo piano sono disponibili due alternative:

Ascensore con le seguenti dimensioni:

Cabina interna: 135 x 110 cm

Porta: 80 cm (larghezza) x 200 cm (altezza)

Scala interna composta da 24 gradini, con:

Larghezza: 120 cm

Alzata gradino: 17 cm

Pianerottolo: 250 x 150 cm

In precedenti occasioni, per agevolare il trasporto di strumenti ingombranti, è stato rimosso l'imballaggio in modo da consentire l'utilizzo dell'ascensore.

QUESITO 4

Si richiede gentilmente di specificare se effettivamente lo strumento oggetto di gara debba avere una capacità compresa tra 200 e 260 litri o inferiore e se il prezzo a base d'asta sia effettivamente di 3.500,00 €.

RISPOSTA QUESITO 4

Si conferma la capacità dell'incubatore compresa tra 200 e 260 litri (capitolato tecnico art 3 tabella lotto 4 punto 1.1)

Si conferma che l'importo a base d'asta è di 3.500,00 €.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso