

RDO MEPA N.5745735

Condizioni particolari di fornitura

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO
SCIENTIFICA DI VARIA TIPOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

LOTTO 3 N° 1 INCUBATORE REFRIGERATO PER ANALISI MICROBIOLOGICHE (CIG B8D59E6DF0)

Chiarimenti del 05_11_25

QUESITO

Relativamente al lotto 3 si prega specificare se i ripiani devono essere in acciaio grigliati o lisci e quanti ripiani sono richiesti.

RISPOSTA QUESITO

Riferimento capitolato tecnico (lotto 3 tabella punto 1.8 ripiani in acciaio)

Questa Stazione Appaltante si limita a richiedere dei ripiani in acciaio (pur preferendo quelli grigliati), È ammessa pertanto, la proposta di ripiani in acciaio grigliato o liscio, nel rispetto dell'importo a base d'asta.

Riferimento capitolato tecnico (lotto 3 tabella punto 4.2 Ripiani in acciaio per raggiungere il numero di almeno 4 ripiani totali)

Il numero di ripiani deve essere di 4 ripiani totali

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso