



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)
CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017

FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DI VARIA TIPOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI E ALLE STRUTTURE DI ARPA PIEMONTE

(R.D.O. MEPA n. 5745735)

VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA DEL 11/12/2025

Con **Determinazione dirigenziale n. 828 del 03.11.2025** del Dirigente Responsabile del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale è stata indetta una procedura di gara mediante RDO - richiesta di offerta n. 5745735 su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ad oggetto: *Fornitura n. 5 lotti di di strumentazione tecnico scientifica di varia tipologia da destinare alle strutture di Arpa Piemonte*

Trattasi nello specifico della seguente strumentazione:

- N 2 bilance di precisione per analisi amianto – Destinazioni: Centro Regionale amianto ambientale sedi di Grugliasco (TO) e Casale Monferrato (AL) – **LOTTO 1**
- N 1 frantoio a mascelle per analisi rifiuti solidi – Destinazione: Laboratorio specialistico Nord-Est sede di Novara - **LOTTO 2**
- N 1 incubatore refrigerato per analisi microbiologiche – Destinazione: Centro Regionale di Biologia Ambiente e salute La Loggia (TO) - **LOTTO 3**
- N 1 incubatore refrigerato per analisi su acque di scarico - Destinazione: Laboratorio Specialistico Sud-Est sede di Alessandria - **LOTTO 4**
- N 1 mineralizzatore a microonde per analisi suoli – - Destinazione: Laboratorio Specialistico Sud-Est sede di Alessandria - **LOTTO 5**

Da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici

Alla scadenza della procedura (18.11.2025) sono pervenute le seguenti offerte distinte per lotto:

LOTTO 1 (offerte pervenute n 5)

SAVATEC STRUMENTI S.R.L
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA
GIBERTINI ELETTRONICA SRL
SARTORIUS ITALY SRL
METTLER-TOLEDO

LOTTO 2 (offerte pervenute n 2)

EMME 3 SRL
VERDER SCIENTIFIC SRL SOC. UNIPERSONALE

LOTTO 3 (offerte pervenute n 2)

SAVATEC STRUMENTI S.R.L
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA

LOTTO 4 (offerte pervenute n 2)

SAVATEC STRUMENTI S.R.L
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA

LOTTO 5 (offerte pervenute n 2)

FKV SRL
CEM SRL

Ai fini della valutazione si è reputato necessario procedere alla richiesta di chiarimenti in merito a alcune offerte come riportato nel verbale del 28/11/25.

In particolare, sono stati richiesti chiarimenti per le seguenti offerte:

LOTTO 1

OFFERTA DITTA SAVATEC
OFFERTA DITTA SARTORIUS

LOTTO 2

OFFERTA DITTA EMME3

LOTTO 3

OFFERTA DITTA SAVATEC

LOTTO 4

OFFERTA DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA

LOTTO 5

OFFERTA DITTA CEM SRL

Preso atto delle risposte pervenute, in data odierna si procede con la verifica tecnica di tutte le offerte, precisando che la verifica dei documenti amministrativi presentati dalle ditte è stata effettuata dal competente Ufficio Acquisti beni e servizi con esito positivo.

Si riporta di seguito l'esito della valutazione di conformità tecnica per i vari lotti.

**LOTTO 1 – N. 2 BILANCE DI PRECISIONE DA LABORATORIO PER ANALISI AMIANTO
CIG B8D59E4C4A**

VERIFICA OFFERTA SAVATEC STRUMENTI S.R.L: **OFFERTA NON CONFORME** in quanto sprovvista di idoneo certificato di taratura conforme alla norma ISO 17025 (punto 3.1 del capitolato)

VERIFICA OFFERTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: **OFFERTA NON CONFORME** in quanto non sono rispettati i requisiti di risoluzione (punto 1.2 del capitolato), ripetibilità (punto 2.1 del capitolato) e tempo di stabilizzazione (punto 2.4 del capitolato)

VERIFICA OFFERTA GIBERTINI ELETTRONICA SRL: **OFFERTA CONFORME**

VERIFICA OFFERTA SARTORIUS ITALY SRL: **OFFERTA CONFORME**

VERIFICA OFFERTA METTLER-TOLEDO: **OFFERTA CONFORME**

**LOTTO 2 - N° 1 FRANTOIO A MASCELLE PER ANALISI RIFIUTI SOLIDI
CIG B8D59E5D1D**

VERIFICA OFFERTA DITTA EMME 3 SRL: OFFERTA NON CONFORME in quanto non è rispettato il requisito di pezzatura di ingresso < 120 x 90 mm (punto 2.1 del capitolato)

VERIFICA OFFERTA DITTA VERDER SCIENTIFIC SRL: OFFERTA CONFORME

**LOTTO 3 - N° 1 INCUBATORE REFRIGERATO PER ANALISI MICROBIOLOGICHE
CIG B8D59E6DF0**

VERIFICA OFFERTA DITTA SAVATEC STRUMENTI S.R.L.: OFFERTA CONFORME

VERIFICA OFFERTA DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: OFFERTA NON CONFORME in quanto non è rispettato il requisito di campo di temperatura (punto 1.1 del capitolato)

**LOTTO 4 N. 1 INCUBATORE REFRIGERATO PER ANALISI SU ACQUE DI SCARICO
CIG B8D59E7EC3**

VERIFICA OFFERTA DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA: OFFERTA CONFORME

VERIFICA OFFERTA DITTA SAVATEC STRUMENTI SRL: OFFERTA CONFORME

LOTTO 5 N. 1 MINERALIZZATORE A MICROONDE PER ANALISI SUOLI CIG B8D59E8F96

VERIFICA OFFERTA DITTA FKV SRL: OFFERTA CONFORME

VERIFICA OFFERTA DITTA CEM SRL: OFFERTA CONFORME

Letto, confermato e sottoscritto:

TORINO, 11/12/25

IL RUP

(firmato digitalmente)