



REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE
 Sede legale: Via Pio VII n° 9 – 10135 TORINO (Tel. 011-19680111 – Fax 011-19681551)
 CODICE FISCALE – PARTITA IVA 07176380017

FORNITURA A 2 LOTTI DI AUTOCLAVI DA LABORATORIO DI VARIA TIPOLOGIA, DA DESTINARE AI LABORATORI MICROBIOLOGICI DI ARPA PIEMONTE (R.D.O. MEPA n. 4824618)
VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' TECNICA

Con Determinazione dirigenziale n. 904 del 15.11.2024 del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Dipartimento affari amministrativi e personale è stata indetta RDO MEPA (Richiesta di offerta) per la fornitura a n. 2 lotti di autoclavi da laboratorio di varia tipologia, da destinare ai laboratori microbiologici di Arpa Piemonte.

Trattasi nello specifico della seguente strumentazione:

N° LOTTO	DESCRIZIONE
1	N° 2 AUTOCLAVI VERTICALI DI STERILIZZAZIONE A VAPORE PER LABORATORIO MICROBIOLOGICO CON CAPACITÀ UTILE DI CARICO 70+90 LITRI (VXP < 300) SEDE DI DESTINAZIONE: Arpa Piemonte – Laboratorio Specialistico Nord-Ovest, sede di Grugliasco (TO), Via Sabaudia 164 Arpa Piemonte – Laboratorio Specialistico Sud-Ovest, SEDE di Cuneo, Via Borgo San Dalmazzo 11
2	N° 1 AUTOCLAVE VERTICALE DI STERILIZZAZIONE A VAPORE PER LABORATORIO MICROBIOLOGICO CON CAPACITÀ UTILE DI CARICO 120+160 LITRI SEDE DI DESTINAZIONE Arpa Piemonte – Laboratorio Specialistico Sud-Ovest, SEDE di Cuneo, Via Borgo San Dalmazzo 11

Da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, previa verifica dell'idoneità tecnica degli articoli proposti rispetto ai requisiti tecnici minimi indicati nei documenti di gara.

Alla procedura sono stati invitati tutti i fornitori iscritti nella categoria oggetto della RDO denominata "BENI", /CATEGORIA PICCOLE APPARECCHIATURE DA LABORATORIO. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata in data 28.11.2024. h: 12:00.

Nei termini fissati sono pervenute le seguenti offerte distinte per lotto:

LOTTO 1 (offerte pervenute 2):

Savatec Strumenti S.r.l. presentata il 26.11.2024;

Steel & Power S.r.l. presentata il 28.11.2024;

LOTTO 2 (offerte pervenute 3):

Savatec Strumenti S.r.l. presentata il 26.11.2024;

Steelco S.p.A.: presentata il 26.11.2024.
Steel & Power s.r.l presentata il 28.11.2024.

La Struttura Acquisti beni e servizi ha proceduto in data 28.11.2024:

- all'apertura e verifica della documentazione amministrativa richiesta
- a scaricare le offerte tecniche presentate per ciascun lotto.

VALUTAZIONE TECNICA

ESITO

In data 02/12/2024 Il RUP Laura Erbetta coadiuvata da personale tecnico dell'Agenzia procede alla valutazione di conformità tecnica delle offerte pervenute.

Dalla disamina delle offerte tecniche, sono emersi elementi di ambiguità che hanno reso necessario formulare richieste di chiarimento in merito ai seguenti punti e offerte presentate:

• **LOTTO 1 – offerta Ditta Steel&Power**

Richiesta di chiarimento: *“La Ditta chiarisca se il modello di autoclave offerto sia dotato di Gruppo alimentazione aria in contropressione come richiesto al punto 1.12 del capitolato di appalto”*

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 09_12_24 con **ESITO CONFORME**

• **LOTTO 2 - offerta ditta STEELCO**

Richiesta di chiarimento: *“Si richiede di chiarire se per il modello offerto il generatore di vapore sia autonomo ed esterno alla camera di sterilizzazione (pt. 1.3 dei requisiti minimi)”*

La risposta è pervenuta mediante PEC in data 05_12_24 con **ESITO CONFORME**

A seguito della valutazione tecnica delle offerte e degli esiti dei chiarimenti richiesti, nella seguente tabella si riporta, per ciascun lotto, la ditta partecipante, la marca e il modello dell'apparecchiatura offerta ed il corrispondente parere di idoneità tecnica, favorevole e/o le eventuali motivazioni tecniche della non conformità delle offerte, rispetto alle caratteristiche tecniche minime contenute nella scheda tecnica predisposta da Arpa Piemonte.

Lotto 1

DITTA	MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA	PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA
Savatec Strumenti S.r.l.	FEDEGARI FVA2/A1	CONFORME
Steel & Power S.r.l.	Steel & Power AMO3S	CONFORME

Lotto 2

DITTA	MARCA E MODELLO APPARECCHIATURA PROPOSTA	PARERE DI CONFORMITA' TECNICA SULL'OFFERTA
Savatec Strumenti S.r.l.	FEDEGARI FVA3/A1	CONFORME

Steelco S.p.A.	Steel & Power AMO3S	CONFORME
Steel & Power S.r.l.	Steelco VS 13 LD	CONFORME

Si demanda l'Ufficio Acquisti di procedere alla valutazione delle offerte economiche.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP
Dott.ssa Laura Erbetta
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
LAURA ERBETTA
Data: 09/12/2024 15:30:40