

**Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte**  
**C.F. 07176380017**

**Procedura aperta di cui all'art.71 del D.lgs 36/2023 per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 lotti di strumentazione tecnico scientifica per la rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte e manutenzione full risk on site – Lotto 4 – N. 4 CAMPIONATORI GRAVIMETRICI SEQUENZIALI PM1 SINGOLA LINEA OUTDOOR - CUP I83C22000640005 - CIG: B4C2A2FAA1**

**Verbale esame offerte tecniche**

Con Determina n. 1034 del 04/12/2024 è stata indetta procedura di aperta, avente ad oggetto "Procedura aperta di cui all'art.71 del D.lgs 36/2023 per l'aggiudicazione della fornitura di n. 4 lotti di strumentazione tecnico scientifica per la rete di rilevamento della qualità dell'aria gestita da Arpa Piemonte e manutenzione full risk on site" - CUP I83C22000640005, da aggiudicare, secondo il criterio del dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs.36/2023.

Entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 03/02/2025, sono state caricate sulla piattaforma Sintel le offerte della Ditta Xearpro Srl e della ditta Mega System Srl. In data 27/03/2025 sono state aperte le buste delle offerte tecniche che in data 28/03/2025 sono state trasmesse alla commissione.

In relazione alla procedura di cui sopra in data 31/03/2025, si è riunita in videoconferenza la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 195 del 19/03/2025, composta dai seguenti membri:

Presidente: Manuela Bernardi;  
Commissaria: Gabriella Ippolito;  
Commissario: Mario Fassi.

per la verifica delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte:

- Lotto 4: fornitura **N. 4 CAMPIONATORI GRAVIMETRICI SEQUENZIALI PM1 SINGOLA LINEA OUTDOOR** da collocare all'interno delle stazioni di rilevamento della qualità dell'aria, gestita da Arpa Piemonte, e manutenzione correttiva straordinaria on site;  
Ditta Xearpro Srl;  
Ditta Mega System Srl.

Durante la seduta del 31 marzo 2025 è stata effettuata la disamina della documentazione presentata da ogni singolo concorrente del **lotto 4**.

Sono state esaminate le offerte tecniche, offerta rif. ID XEARPRO 2024-02-01 della ditta Xearpro Srl e offerta n 0017/2025 della ditta Mega System Srl., e si è proceduto alla verifica del rispetto dei requisiti minimi irrinunciabili stabiliti dal capitolato tecnico di gara.

L'esito di tale verifica ha evidenziato la conformità di entrambe le offerte per quanto riguarda requisiti minimi irrinunciabili stabiliti dal capitolato tecnico di gara agli articoli 3 e 4.

I lavori della commissione proseguono con l'esame degli elementi di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico per le ditte del lotto 4.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- max 80 punti offerta tecnica
- max 20 punti offerta economica.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui all'Allegato 3 al capitolato tecnico, relativamente al lotto 4, con la relativa ripartizione dei punteggi, secondo le modalità di attribuzione definite dallo stesso Allegato 3.

I risultati sono i seguenti:

| N° | CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                                                                                                                                            | PT<br>MAX | Xearpro | Mega System |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
| 1  | Offerta di teste di prelievo europee aggiuntive PM2,5 per flusso 2,3 m³/h                                                                                                                                                         | 10        | si      | si          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                   |           | 10      | 10          |
| 2  | Possibilità di utilizzo di filtri in teflon/polycarbonato                                                                                                                                                                         | 5         | si      | si          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                   |           | 5       | 5           |
| 3  | Portafiltri di capacità maggiore di 21 filtri                                                                                                                                                                                     | 10        | 10      | 7,5         |
| 4  | Peso campionatore                                                                                                                                                                                                                 | 5         | 3,8     | 2,5         |
| 5  | Performance metrologiche (portata di aspirazione, di temperatura ambiente, di pressione ambiente)                                                                                                                                 | 20        | 20      | 15          |
| 6  | Estensione della garanzia (requisito minimo 12 mesi)                                                                                                                                                                              | 20        | 20      | 20          |
| 7  | Numero di funzioni remotizzate dello strumento di misura integrate nell'interfaccia grafica del sw periferico tramite il driver sviluppato per l'interfacciamento con il sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria | 10        | 7,5     | 7,5         |
|    | Totale pt.                                                                                                                                                                                                                        |           | 76,3    | 67,5        |



Per i criteri 3, 4, 5 e 7 si è proceduto al calcolo del coefficiente Vai, individuando le seguenti classi di premialità:

|               |      |
|---------------|------|
| nessuno       | 0    |
| limitato      | 0,25 |
| significativo | 0,5  |
| buono         | 0,75 |
| ottimo        | 1    |

ad eccezione dei criteri n 4 e 7 dove non si è attribuito il punteggio pari a zero per la caratteristica del criterio.

#### **Criterio n 3 – n° filtri**

|       |       |
|-------|-------|
| 0     | =0    |
| 1-8   | =0.25 |
| 9-16  | =0.5  |
| 17-24 | =0.75 |
| 25-32 | =1    |

Si è pertanto proceduto ad assegnare all'offerta di Xearpro il punteggio massimo ovvero 10 (32 filtri) punti e per Mega System (22 filtri) il punteggio è dato dalla formula  $0,75 * 10 = 7,5$

#### **Criterio n 4 – peso campionatore**

|         |       |
|---------|-------|
| 0-20    | =1    |
| 21 - 40 | =0,75 |
| 41- 60  | =0,5  |
| 61-80   | =0,25 |

Si è pertanto proceduto ad assegnare all'offerta di Xearpro  $Va=0,75$  e il punteggio risulta dato dalla formula  $0,75*5=3,8$  e per Mega System Srl il punteggio è dato dalla formula  $0,5 * 5 = 2,5$ .

#### **Criterio 5 – performance metrologiche**

|               |      |
|---------------|------|
| nessuno       | 0    |
| limitato      | 0,25 |
| significativo | 0,5  |
| buono         | 0,75 |
| ottimo        | 1    |

#### **Mega System Srl**

Pressione = 1.1 mbar – 0,75  
Temperatura = +/-1°C - 0,75  
Flusso = <2% medio <5% istantaneo – 0,75

Pertanto il punteggio attribuito alla ditta è pari a  $0,75*20=15$ .

#### **Xearpro Srl**

Pressione= 0.5 mbar - 1

Temperatura  $\leq 0.8$  °C - 1

Flusso =  $\leq 1\%$  medio  $\leq 3\%$  istantaneo - 1

Pertanto il punteggio attribuito alla ditta è pari a  $1 \times 20 = 20$ .

**Criterio 7 – funzioni remotizzabili**

0-10=0.25

11-20=0.5

21-30=0.75

31-40=1

Per entrambe le offerte la classe di Vai è quella della classe 21 – 30 quindi  $Vai = 0,75$ ; pertanto ad entrambe le offerte viene attribuito il punteggio di 7,5 punti.

Le sedute della commissione tecnica si concludono il 31 marzo 2025 alle ore 11,20.

Letto, firmato e sottoscritto

Manuela Bernardi (Presidente)

OMISSIS

Gabriella Ippolito (Commissario)

OMISSIS

Mario Fassi (Commissario)

OMISSIS