

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 36/2023 e s.m.i., PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 SPETTROMETRO A FLUORESCENZA A RAGGI X (ED-XRF) DA BANCO PER ANALISI DEI METALLI SU FILTRI DI PARTICOLATO ATMOSFERICO DA DESTINARE AL LABORATORIO SPECIALISTICO NORD/OVEST SEDE DI GRUGLIASCO (TO)

**Fornitura nell'ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari
CUP I83C22000640005**

VERBALE TECNICO

In relazione alla fornitura in oggetto, in data 01/08/2025 si è riunita in videoconferenza alle ore 11 la Commissione di gara nominata con Determinazione Dirigenziale n.559 del 17/07/2025 e composta dai seguenti membri:

Presidente: Marco Fontana Dirigente Responsabile della S.S. Laboratorio specialistico Nord/Ovest

Commissario: Enrico Alesso Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la S.S. Coordinamento laboratori

Commissario: Francesco Antonio Pitasi Collaboratore Tecnico professionale in servizio presso la S.S. Laboratorio specialistico Nord/Ovest

Si precisa quanto segue:

- La procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale n 410 del 30.05.2025
- Si è proceduto a pubblicare una richiesta di offerta (RDO n. 5305325) sul Mercato Elettronico della P.A. istituito da Consip S.p.a. per conto del M.E.F. ad oggetto: *fornitura (comprensiva di installazione e collaudo) di n. 1 spettrometro a fluorescenza a raggi X (ED-XRF) da banco per analisi dei metalli su filtri di particolato atmosferico da destinare al Laboratorio specialistico Nord/Ovest – Grugliasco (TO)* con invito aperto a tutti i fornitori iscritti nel Bando Beni, Categoria: piccole apparecchiature da laboratorio;
- E' stato individuato quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato

Alla scadenza della procedura (09.07.2025) sono pervenute tre offerte dai seguenti operatori economici:

- Ametek SRL
- Nordtest SRL
- Malvern Panalytica SRL

A seguito di valutazione della documentazione amministrativa presentata dai Concorrenti, di cui si è occupato il competente Ufficio Acquisti beni e servizi, tutte le offerte sono state ammesse alla successiva fase di gara.

Si procede a cura della Commissione, con la disamina della documentazione tecnica presentata per singolo offerente, al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi stabiliti nel capitolato tecnico

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Sono state valutate le risposte ai quesiti a integrazione delle due offerte tecniche, al fine di verificare che le stesse rispettassero i requisiti minimi irrinunciabili stabiliti nel capitolato tecnico di gara.

L'esito di tale verifica ha determinato quanto segue:

Ametek SRL

Si ritiene non accettabile l'offerta presentata per le seguenti motivazioni:

- struttura del carosello non conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico per il numero insufficiente di postazioni dei campioni, assenza di documentazione tecnica a supporto di ipotesi di implementazione;
- per i requisiti essenziali si evidenzia come, relativamente ai limiti di rilevabilità dichiarati, non sono riportati i limiti per gli elementi secondo le condizioni e i criteri riportati al punto 3.1 del capitolato (2000 secondi); inoltre nella tabella dei limiti di rilevabilità presentata (1500 secondi) si dichiara per il nichel un limite di 1.0 ng/cm² contro una richiesta di 0.6 ng/cm²; si rileva infine che non è presente il limite per gli elementi Rb (rubidio) e Br (bromo);
- per le prestazioni di precisione e accuratezza previste viene dichiarata solo la precisione per Ni, Pb, As, Cd, e non la precisione e accuratezza per tutti i metalli previsti al punto 3.1 del capitolato.

Nordtest SRL

Si chiede di precisare se lo spettrometro ED-XRF con autocampionatore e carosello offerto consente l'analisi dei filtri con diametro da 37 mm e 47 mm con la funzione di rotazione del filtro (sample spinner).

Malvern Panalytica SRL

Si chiede di precisare se la tensione del tubo a raggi x dello spettrofotometro può essere maggiore di 50kV

Si demanda all'Ufficio Acquisti la richiesta dei chiarimenti in soccorso procedimentale per i concorrenti Nord test e Malvern per poter concludere la valutazione dei requisiti.

Firmato in originale


bxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Letto, confermato, sottoscritto

Marco Fontana (Presidente)

mmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm

Enrico Alesso (Commissario)

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Francesco Pitasi (Commissario)

ARPA Piemonte - Ente di diritto pubblico

Codice fiscale - Partita IVA 07176380017

Struttura semplice - Acquisti beni e servizi

Via Pio VII, 9 - 10135 Torino - Tel. 011.19681540 Fax: 011.19681541

e-mail: acquisti@arpa.piemonte.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU