

RDO MEPA N. 5879861

**Fornitura, a carattere continuativo, del gas elio, destinato alle diverse sedi di
Arpa Piemonte**

QUESITI PERVENUTI AL 07.01.2026

QUESITO N.1 (15/12/2025)

Chiediamo cortesemente se il grado di purezza 5.5 é vincolante ove richiesto o se in alternativa é possibile fornire Elio con grado di purezza minimo garantito pari a 5.0.

RISPOSTA

Si conferma il grado di purezza 5.5 sia per la bombola (GAS0008) e sia per il pacco bombole (GAS0036).

Il Dirigente della Struttura Semplice
Massimo Boasso
(firmato digitalmente)