

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI,
SOLVENTI, ACIDI E BASI PER LA DURATA DI MESI 48
CIG ACCORDO QUADRO BB8E37AD2E**

QUESITI PERVENUTI AL 22.05.2026

QUESITO N.1 (20/05/2026)

pos. 32) ACB ACB0124-00500ML Acido acetico glaciale (CAS 64-19-7), per analisi metalli in tracce: si richiede se deve essere superpuro o ultrapuro

pos. 37) ACB ACB0133-01000ML ACIDO PERCLORICO [CAS 7601-90-3], 70% circa, ultrapuro (concentrazione massima di Fe come impurezza 50 ppm): si richiede se l'ultrapuro è riferito solo al contenuto di ferro. Il prodotto ultrapuro per analisi in tracce è già richiesto nella posizione 17.

pos. 83) REA REA0034-00500GR Gel di silice [CAS 7699-41-4], (0.06 ÷ 0.20 mm) per cromatografia: il cas number dovrebbe essere 7631-86-9, potete verificare e darci conferma?

pos. 124) REA REA0100-01000ML SODIO IPOCLORITO (CAS 7681-52-9) soluzione circa 10% Cloro attivo: la soluzione con titolo >11.5% può essere accettata?

RISPOSTA

pos.32: si richiede Acido acetico glaciale superpuro. Per i valori di impurità far riferimento alla tabella indicata art. 2 del Capitolato Speciale.

pos. 37: il prodotto in pos. 37 (ACB0133-01000ML ACIDO PERCLORICO [CAS 7601-90-3], 70% circa, ultrapuro) deve rispettare la specifica richiesta, ovvero concentrazione massima di Fe come impurezza 50 ppm; il prodotto in pos. 17 (ACB0041-00500ML) deve invece rispettare i valori di impurità indicati nella tabella art. 2 del Capitolato Speciale.

pos. 83: il numero CAS corretto è 7631-86-9; nella descrizione il CAS indicato non è corretto. Si precisa che la modifica del CAS del prodotto in pos. 83 si intende apportata in tutti i documenti di gara ove lo stesso è presente (ovvero, Allegato al Capitolato *Lista di fornitura*, Allegato 4/A Offerta tecnico-economica).

pos. 124: la soluzione con titolo >11.5% può essere accettata.

QUESITO N.2 (22/05/2026)

Con riferimento alla documentazione di gara, rileviamo che per alcuni prodotti, insieme alla descrizione del prodotto è richiesta una concentrazione >99%. Con la presente, chiediamo cortesemente di confermare se possano essere ritenuti accettabili prodotti con concentrazione certificata >98,5%.

RISPOSTA

Non sono ritenuti accettabili prodotti con concentrazione certificata >98,5%.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso