

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER
L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE
TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE**

**Lotto 1 – N. 1 sistema GC/MS a triplo quadrupolo per la determinazione degli IPA nel
particolato atmosferico**

ID SYNTEL 222808656

AVVISO DI RETTIFICA/INTEGRAZIONE DELL'ART. 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, per mero errore materiale, all'art. 17 del Disciplinare di gara – *Lotto 1 – Sistema GC/MS a triplo quadrupolo per la determinazione degli IPA nel particolato atmosferico*, non è stata inserita la Tabella 3, espressamente richiamata nella griglia dei criteri di valutazione con riferimento ai punti 9 e 10.

Con il presente avviso si procede, pertanto, alla rettifica e integrazione dell'art. 17 del Disciplinare di gara, mediante l'inserimento della suddetta Tabella 3, che deve intendersi a tutti gli effetti quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

La Tabella 3 viene resa disponibile unitamente al presente avviso e dovrà essere presa in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e della relativa valutazione secondo quanto previsto dalla griglia dei criteri di valutazione.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e nella restante documentazione di gara, non interessate dalla presente rettifica/integrazione.

Il presente avviso costituisce parte integrante della documentazione di gara.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso
(firmato in originale)

PRESTAZIONI AMBIENTI DI LAVORO

Tabella 3

ANALITA	Limite di quantificazione raggiunto con iniezione di 1 µl (concentrazione rilevabile con S/N>10, in µg/L)
Benz[a]anthracene	1.0
Chrysene	1.0
Benzo[b]fluoranthene	1.0
Benzo[j]fluoranthene	1.0
Benzo[k]fluoranthene	1.0
Benzo[a]pyrene	1.0
Dibenz[a,h]anthracene	1.0
Benzo[g,h,i]perilene	1.0
Indeno[1,2,3-cd]pirene	1.0