N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC
Dati di registrazione nell'allegato "segnatura.xml"

Alla Responsabile della SS
Coordinamento Laboratori

c.a. Dott.ssa Laura Erbetta

Oggetto: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE - LOTTO 3 - N° 7 FONOMETRI/ANALIZZATORE IN CLASSE 1 DOTATO DI KIT PER ESTERNI CON SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI IN TEMPO REALE.
VERBALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE TECNICA DELLE OFFERTE.

Si comunica che in data 19/10/2026 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte tecniche presentate nell'ambito della procedura aperta in oggetto.

La Commissione è così composta:

- Dott. Jacopo Fogola, Presidente;
- Dott. Salvatore Loredano Magri, Commissario;
- P.I. Pasquale Piombo, Commissario.

La Commissione prende atto che, entro i termini stabiliti dalla procedura di gara, hanno presentato offerta per il Lotto 3 le seguenti aziende:

- AESSE Ambiente S.r.l.;
- SKY-LAB S.r.l.;
- SPECTRA S.r.l.

Nel corso dell'esame della documentazione tecnica prodotta dai concorrenti, la Commissione ha proceduto alla verifica della completezza e della rispondenza delle offerte alle prescrizioni del Capitolato Tecnico e della documentazione di gara.

A seguito dell'analisi preliminare delle offerte, sono emersi alcuni aspetti tecnici che hanno richiesto approfondimenti e precisazioni da parte degli operatori economici.

Per tale motivo, nelle date del 21/10/2026 e del 02/11/2026 sono state trasmesse specifiche richieste di chiarimento ai concorrenti sopra indicati.

I chiarimenti richiesti sono pervenuti entro i termini assegnati e sono stati acquisiti agli atti della procedura.

In data 10/11/2026 la Commissione si è pertanto nuovamente riunita per procedere all'esame definitivo delle offerte tecniche, tenendo conto della documentazione originariamente prodotta, dei chiarimenti successivamente acquisiti e dei criteri di aggiudicazione previsti.

Verifica dei requisiti minimi

La Commissione ha esaminato puntualmente ciascuna offerta con riferimento ai requisiti minimi prescritti dal Capitolato Tecnico.

Dall'esame della documentazione tecnica e dei chiarimenti acquisiti è emerso che nessuna azienda partecipante ha presentato un'offerta tecnica che soddisfacesse il requisito 3.1 - Memoria residente minima di 8 GB. Applicando il principio del risultato e di equivalenza, si è comunque ritenuto di accettare tutte le offerte, in quanto il suddetto requisito viene rispettato attraverso una espansione della memoria interna con SD/Pen Drive.

Fermo restando quanto sopra, l'esame della documentazione tecnica ha consentito di rilevare quanto segue:

- l'offerta presentata da AESSE Ambiente S.r.l. risulta conforme ai requisiti minimi richiesti;
- l'offerta presentata da SKY-LAB S.r.l. risulta conforme ai requisiti minimi richiesti;
- l'offerta presentata da SPECTRA S.r.l. risulta non conforme. La Commissione rileva che tale offerta non include il modulo per l'acustica edilizia con risultati visualizzabili sullo schermo dello strumento (tempi di riverbero, indici R'w, D2m, nT,w, L'nw, etc.) previsto, come requisito minimo, al punto 3.10 del Capitolato Tecnico.

Pertanto, la Commissione procede all'esame comparativo delle offerte tecniche secondo i criteri definiti nella documentazione di gara escludendo, per i motivi suddetti, l'azienda SPECTRA s.r.l.

Valutazione tecnica

La valutazione tecnica è stata effettuata in merito alle offerte presentate dalle società AESSE Ambiente S.r.l. e SKY-LAB S.r.l. mediante applicazione dei criteri, sub-criteri e delle modalità di attribuzione dei punteggi previsti nella griglia di valutazione approvata per il Lotto 3.

In particolare, la Commissione, oltre i requisiti minimi richiesti da capitolato, ha proceduto alla valutazione dei seguenti elementi migliorativi:

1. autonomia delle batterie esterne – punteggio max 10;
2. durata della gratuità degli aggiornamenti firmware e software - punteggio max 15;
3. durata della gratuità del servizio di archiviazione e consultazione - punteggio max 10;
4. capacità della memoria interna dello strumento - punteggio max 15;
5. funzionalità di individuazione del periodo maggiormente rumoroso - punteggio max 5;
6. disponibilità di sistemi di alimentazione ausiliaria mediante pannelli solari - punteggio max 5;
7. estensione del periodo di garanzia oltre il minimo richiesto - punteggio max 10.

In relazione al suddetto punto 4 – capacità della memoria interna dello strumento – è stato assegnato un punteggio nullo ad entrambe le aziende valutate poiché in nessun caso è specificata una capacità di memoria interna propria dello strumento.

A conclusione delle operazioni di valutazione, la Commissione approva il seguente prospetto riepilogativo dei punteggi tecnici attribuiti alle offerte e riporta in appendice al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale. Il prospetto completo di valutazione con il punteggio assegnato per le singole voci.

Azienda	Punteggio tecnico
AESSE Ambiente S.r.l.	46,0
SKY-LAB S.r.l.	37,6

Conclusione dei lavori

La Commissione, ultimata la valutazione tecnica delle offerte pervenute relativamente al Lotto 3, dispone la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati al Responsabile Unico del Progetto per i successivi adempimenti di competenza e per la prosecuzione delle operazioni di gara.

Cordiali saluti.

Il Presidente della Commissione
Dott. Jacopo Mario Fogola
(firmato digitalmente)

JACOPO MARIO
FOGOLA
16.11.2026 09:15:37
GMT+01:00

I Commissari:

Dott. Salvatore L. Magri
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: SALVATORE LOREDANO MAGRI
Data: 16/11/2026 10:17:23

P.I. Pasquale Piombo
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: PASQUALE
PIOMBO
Data: 16/11/2026 09:42:17

PROSPETTO DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO

N°	MODULO STRUMENTALE/ OGGETTO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola	AESSE	SKYLAB
1	Batteria/e esterna.	Giorni di autonomia dello strumento	10	Saranno premiate le offerte in ragione del maggior tempo di autonomia dello strumento, superiore comunque ai 7 giorni minimi richiesti	Punteggio quantitativo “Q” con requisito minimo	10	2,6
2	Aggiornamenti firmware interno e software post processing	Numero di anni di gratuità degli aggiornamenti	15	Saranno premiate le offerte in ragione del numero di anni di gratuità degli aggiornamenti	Punteggio quantitativo “Q” con requisito minimo	15	15
3	Archiviazione e consultazione dati	Numero di anni di gratuità dello spazio di archiviazione/consultazione dati	10	Saranno premiate le offerte in ragione del numero di anni di gratuità dello spazio di archiviazione/consultazione dati all’interno del portale di gestione della strumentazione	Punteggio quantitativo “Q” senza requisito minimo	1	10
4	Memoria interna strumento	Capacità (GB)	15	Saranno premiate le offerte in ragione della capacità di memoria maggiore interna allo strumento (requisito minimo 8GB)	Punteggio quantitativo “Q” con requisito minimo	0	0

N°	MODULO STRUMENTALE/ OGGETTO	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola	AESSE	SKYLAB
5	Ricerca del periodo più rumoroso	Identificazione, in fase di post processing, del periodo più rumoroso della misura indipendentemente dall'orario di inizio del campionamento	5	SI NO	Punteggio tabellare "T"	5	5
6	Alimentazione sussidiaria	Presenza di alimentazione dello strumento attraverso pannelli solari con collegamento "universale	5	SI NO	Punteggio tabellare "T"	5	5
7	Sistema completo	Estensione della garanzia (requisito minimo 24 mesi)	10	Costituisce elemento premiante l'estensione della garanzia oltre il minimo	Punteggio quantitativo "Q" con requisito minimo	10	0
		TOTALE	**70 punti**			**46,0**	**37,6**