RDO MEPA N. 6542407

Condizioni particolari di fornitura

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

Quesito pervenuto in data 03_09_2026

LOTTO 3 – N. 1 STUFA PER VETRERIA DA LABORATORIO

QUESITO

Capitolato tecnico art 3 Lotto 3 punto 1.3 Dimensioni interne minime (mm) Larghezza 900 x Profondità 600 x Altezza 1200

Si chiede di specificare se, in luogo del rispetto puntuale delle tre dimensioni interne indicate (900×600×1200 mm), sia possibile far riferimento al volume interno complessivo risultante (pari a 648 litri), ammettendo una tolleranza sullo stesso, in considerazione del fatto che il parametro tecnicamente rilevante ai fini prestazionali e di capacità utile è il volume interno e non le singole misure lineari. Si chiede pertanto se possano ritenersi conformi macchine con dimensioni interne differenti nella singola misura, purché il volume interno complessivo non si discosti in misura superiore al 6% rispetto a quello richiesto

RISPOSTA QUESITO 1

Si confermano le dimensioni interne minime indicate quale requisito cogente in quanto funzionali agli scopi di utilizzo della apparecchiatura. È possibile offrire apparecchi con dimensioni interne uguali o superiori.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Ufficio Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso
(firmato in originale)