RDO MEPA N. 6542407

Condizioni particolari di fornitura

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 3 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

Quesiti pervenuti in data 07_08_09_settembre 2026

LOTTO 1 – N. 1 CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE PER ANALISI CHIMICHE
LOTTO 2 - N. 1 CAPPA CHIMICA A FILTRAZIONE PER ANALISI CHIMICHE DOTATA DI ARMADIO PER INFIAMMABILI

QUESITO 1
In riferimento ai lotti 1 e 2 si richiede di indicare i locali di destinazione delle cappe (se da situarsi a piano diverso dal piano stradale - presenza barriere architettoniche - scale - rampe - eventuale ascensore se idoneo)

RISPOSTA QUESITO 1
Entrambe le cappe saranno da trasportare al primo piano dell'edificio. L'accessibilità semplificata al laboratorio è assicurata da presenza di scivoli idonei da due ingressi: è disponibile un montacarichi con portata massima 1000kg (dimensioni interne 145x175cm – altezza 198cm – apertura porta 110-115cm)

QUESITO 2
In riferimento ai lotti 1 e 2, si chiede di confermare se solo per il lotto 2 la cappa deve essere dotata di armadio per infiammabili e si chiede di indicare le caratteristiche dell'armadio.

RISPOSTA QUESITO 2
Si conferma che la richiesta di armadio per infiammabili è solo per il lotto 2.
Per il Lotto 2 si richiede una cappa dotata di armadio per infiammabili con porta a battente da posizionare sotto il basamento di supporto.
Al fine di meglio descrivere il tipo di armadio per infiammabili richiesto si precisa che le dimensioni esterne minime dell'armadio devono essere Larghezza 50 cm x Profondità 50 cm x Altezza 50 cm. Le dimensioni massime ammesse corrispondono a quelle del basamento della cappa.

LOTTO 3 – N. 1 STUFA PER VETRERIA DA LABORATORIO

QUESITO 3
In riferimento al lotto 3 riferito a N. 1 STUFA PER VETRERIA DA LABORATORIO da destinare al laboratorio di Novara, avremmo bisogno di conoscere quanto segue:
è possibile offrire una stufa a convezione forzata con ventola regolabile, con dimensioni interne pari a 720 l, che ha le seguenti misure interne:
Larghezza: 1000 mm
Altezza: 1300 mm
Profondità: 570 mm
Vorremmo sapere se una profondità di 570 può essere accettata, nonostante voi, richiediate 600 mm, come condizione minima

RISPOSTA QUESITO 3

Si confermano le dimensioni interne minime indicate quale requisito cogente in quanto funzionali agli scopi di utilizzo della apparecchiatura.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 11/09/2026 14:29:06