PROCEDURA APERTA 224841950 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA LABORATORIO CHIMICO, FISICO, MICROBIOLOGICO E PRODOTTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER LA DURATA DI MESI 48 CIG BD22887B28

QUESITO ID 225692267 giovedì 22 ottobre 2026 9.38.29 CEST

QUESITO

Testo: Buongiorno, in riferimento alla POS. 495 - CODICE ARPA MAT0152-00001PZ - BURETTE DI PELLET CON RUBINETTO LATERALE, IN VETRO CHIARO - 50 ML, DIV. 1/20, CLASSE A confermate la divisione 1/20? Solitamente su capacità da ml la divisione richiesta è 1/10. In attesa di risposta, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

RISPOSTA

Si conferma che, oltre alle burette di Pellet con rubinetto laterale da 50 mL, Classe A, divisione 1/20 mL (0,05 mL), saranno considerate accettabili anche burette aventi le medesime caratteristiche costruttive e metrologiche ma con divisione 1/10 mL (0,1 mL), purché conformi alle restanti specifiche richieste nella documentazione di gara.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 22/10/2026 15:32:07