RDO MEPA N.6697286

Condizioni particolari di fornitura

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

Lotto 4 N° 1 LAVAVERERIA PER LABORATORIO MICROBIOLOGICO (CIG BD8F2560EF)

Chiarimenti del 02 novembre 2026

QUESITO 1
Si chiede quale sia la tipologia di alimentazione elettrica disponibile per poter alimentare l'apparecchiatura se monofase oppure trifase.
RISPOSTA QUESITO 1
Nel punto di installazione è presente un quadro elettrico con disponibilità di alimentazione trifase

QUESITO 2
Capitolato tecnico art 3 – punto 1.3 *Collegamento ad acqua demineralizzata*
Si chiede se l'alimentazione dell'acqua demineralizzata, da voi dichiarata disponibile, abbia una pressione di almeno 1,5 ba***r.***
RISPOSTA QUESITO 2
Si conferma che la pressione dell'acqua di rete disponibile presso il punto di allaccio è superiore a 1,5 bar (valori tipici di rete compresi tra 2 e 4 bar), soddisfacendo pienamente il requisito richiesto per l'apparecchiatura

QUESITO 3
Si chiedono informazioni circa il luogo di messa in funzione dell'apparecchiatura e logistica, nello specifico:
- Il piano ove è ubicato il laboratorio (es. P.T, piano 1 ecc). Se il laboratorio non si trova a piano terra si chiede se è disponibile
- ascensore di portata e dimensioni adeguate ad ospitare la lavavetreria per la consegna (specificare).
- Si chiede confermare l'assenza di barriere architettoniche (a titolo di esempio: gradini, porte o passaggi stretti) tra il luogo di scarico camion e il punto di messa in funzione.

RISPOSTA QUESITO 3
La stanza di destinazione della lava-vetreria è a piano terra e non sono presenti barriere architettoniche

Lotto 5 N° 3 RAMPE DI FILTRAZIONE PER MICROBIOLOGIA (CIG BD8F2571C2)

Chiarimenti del 03 e 04 novembre 2026

QUESITO 4
Capitolato tecnico art 3 – punto 1 *Caratteristiche tecniche e requisiti generali dello strumento*
Si chiede se vengono accettati articoli con la guarnizione in silicone
RISPOSTA QUESITO 4
Le guarnizioni non sono richieste. E' solo richiesto che il diametro del calice sia di 4 cm

QUESITO 5

Capitolato tecnico art 3 – punto 1.1 *RAMPA A 6 POSTI IN ACCIAIO INOX PER SOTTOVUOTO COMPATIBILE CON IMBUTI MILLIPORE DA 500ML CHE PORTANO MEMBRANE DA 47mm – INNESTO A PRESSIONE CON TAPPO/GUARNIZIONE IN GOMMA*

Per poter verificare la compatibilità delle rampe si chiedono le specifiche degli "imbuti Millipore da 500 ml", con particolare riferimento al diametro dello stelo che dovrà infilarsi nel tappo di gomma

RISPOSTA QUESITO 5

Si ribadisce che il diametro del calice che ospita gli imbuti deve essere di 4cm come descritto al punto 1.2 dei requisiti minimi

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 04/11/2026 16:03:09