RDO MEPA N.6697286

Condizioni particolari di fornitura

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

Lotto 3 N° 1 DIGESTORE PER CAMPIONI SOLIDI E LIQUIDI

(CIG BD8F25501C)

Chiarimento del 13 novembre 2026

QUESITO 1

Capitolato tecnico art 3 – punto 1.3 *Riscaldamento a piastra con possibilità di controllo della temperatura per garantire uniformità dei singoli campioni alloggiati*

Si chiede di confermare che saranno accettate soluzioni di digestore a microonde equivalente o migliorative rispetto al sistema a piastra descritto, purché garantiscano le prestazioni richieste per la preparazione dei campioni destinati alla determinazione dei metalli secondo EPA

RISPOSTA QUESITO 1

Il digestore richiesto deve soddisfare il requisito 1.3 del capitolato tecnico, ovvero essere dotato di riscaldamento a piastra con possibilità di controllo della temperatura

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 17/11/2026 09:30:55