RDO MEPA N.6697286

Condizioni particolari di fornitura

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 50, D.LGS 36/2023 e s.m.i. PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA A N. 5 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA PIEMONTE

Lotto 1 N° 2 SISTEMI DI ESTRAZIONE ACCELERATI AUTOMATICI PER SOLIDI

(CIG BD8F253E71)

Chiarimenti del 06 novembre 2026

QUESITO 1

Capitolato tecnico art 3 – punto 3 *Set di 24 celle in materiale inerte pronte all'uso di volume da almeno 20 ml - si prega di specificare nell'offerta i formati proposti*

Possiamo fornire, a scelta del cliente celle da 22, 34 o 66ml in acciaio inox. Volendo anche 12 di un tipo e 12 di un altro. Potete specificare il volume desiderato?

RISPOSTA QUESITO 1

Tra i formati offerti, in considerazione della possibilità dichiarata nel quesito stesso di poter scegliere formati diversi, il laboratorio Nord Ovest sceglierebbe 12 celle da 22 e 12 celle da 34.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Acquisti beni e servizi
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 19/11/2026 08:20:45