PROCEDURA APERTA 224841950 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA LABORATORIO CHIMICO, FISICO, MICROBIOLOGICO E PRODOTTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER LA DURATA DI MESI 48 CIG BD22887B28

QUESITO ID 225526545 lunedì 19 ottobre 2026 9.59.24 CEST

QUESITO

Testo: Buongiorno, in riferimento alla procedura in oggetto, chiediamo i seguenti chiarimenti:
- POS. 93 – Cod. ARPA FIL0026-00100PZ – MEMBRANE FILTRANTI accettate in esteri misti di cellulosa?
- POS. 126 – Cod. ARPA FIL0161-00100PZ – MEMBRANE FILTRANTI IN PTFE porosità 1,2 µm o porosità 3 µm, accettate una delle due?
- POS. 212 – Cod. ARPA MAT1482-00010PZ – TETTARELLE IN GOMMA ROSSA che capacità? 5 / 2 o 10 ml?
- POS. 228 – Cod. ARPA MAT2079-01000PZ – TAMPONI COTONATI accettate lunghezza 150?
- POS. 425 – Cod. ARPA PCR0161-00096PZ – PUNTALI STERILI CON FILTRO visto che chiedete il codice originale la richiesta del campione è da intendersi un refuso?
In attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

RISPOSTA

POS. 93 - Cod. ARPA FIL0026-00100PZ
Quesito: sono accettate membrane realizzate in esteri misti di cellulosa?
Risposta:
Si conferma che saranno accettate anche membrane filtranti realizzate in esteri misti di cellulosa (MCE), purché idonee all'impiego nelle analisi microbiologiche e aventi caratteristiche tecniche e prestazionali equivalenti a quelle richieste, incluse le restanti specifiche riportate nella descrizione del prodotto (membrane bianche con quadrettatura nera).

POS. 126 - Cod. ARPA FIL0161-00100PZ
Quesito: sono accettabili membrane con porosità 1,2 µm oppure 3 µm?
Risposta:
Saranno considerate conformi esclusivamente membrane filtranti in PTFE aventi le caratteristiche di porosità indicate nella documentazione di gara, pari a 2,0 µm. Non saranno pertanto ritenute conformi membrane aventi porosità differenti.

POS. 212 - Cod. ARPA MAT1482-00010PZ
Quesito: che capacità è richiesta? 2 mL, 5 mL o 10 mL?
Risposta:
Il prodotto richiesto è destinato all'utilizzo con contagocce e pipette Pasteur per piccoli volumi, indicativamente compresi tra 2 e 5 mL.

POS. 228 - Cod. ARPA MAT2079-01000PZ
Quesito: è accettabile una lunghezza di 150 mm?
Risposta:
Si conferma l'accettabilità della lunghezza proposta, non essendo riportata nella Lista di Fornitura una specifica dimensionale relativa alla lunghezza del prodotto.

POS. 425 - Cod. ARPA PCR0161-00096PZ
Quesito: considerato che è richiesto un prodotto originale, la richiesta di campionatura è da intendersi come un refuso?
Risposta:
Si conferma che la campionatura è richiesta, come espressamente previsto dalla tabella di cui all'art. 2 del Capitolato Tecnico.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 26/10/2026 10:18:42