PROCEDURA APERTA 224841950 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA LABORATORIO CHIMICO, FISICO, MICROBIOLOGICO E PRODOTTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER LA DURATA DI MESI 48 CIG BD22887B28

QUESITO ID

225648284	**mercoledì 21 ottobre 2026 12.22.55 CEST**

QUESITO

Buongiorno,
in riferimento al lotto AIR, siamo a comunicarvi che le posizioni:
11 AIR0054-00010PZ
12 AIR0058-00001PZ
13 AIR0060-00010PZ
14 AIR0074-00010PZ
15 AIR0076-00010PZ
39 AIR0240-00001PZ
40 AIR0246-00001PZ
54 AIR0292-00001PZ
Sono fuori produzione senza articolo sostitutivo. Inoltre la posizione:
57 AIR0301-00001PZ Metanolo 20a (Draeger Cod.8103801) non + fornibile
Dragher propone 3740290
Grazie e cordiali saluti.

RISPOSTA

"Si prende atto della segnalata cessata produzione dei prodotti originariamente indicati alle posizioni 11, 12, 13, 14, 15, 39, 40 e 54. A seguito delle verifiche effettuate si conferma che, per le medesime determinazioni analitiche, potranno essere offerte anche le seguenti alternative originali Draeger Italia S.p.A.:
Pos. 11 (AIR0054-00010PZ) → cod. CH20501 (fiala 5/a 5-70 ppm) oppure 6733231 (2-30 ppm)
Pos. 12 (AIR0058-00001PZ) → cod. 8101231 (fiala 2/a 2-60 ppm) oppure fiala 1/a (1 ppm)
Pos. 13 (AIR0060-00010PZ) → cod. 8101721 (fiala 0,5/b 0,5-5 ppm 5-30 ppm)
Pos. 14 (AIR0074-00010PZ) → cod. 8101551 (fiala 0,1/a 0,5-4 ppm 0.1 - 1 ppm)
Pos. 15 (AIR0076-00010PZ) → cod. 6728541 (fiala 2/a 20-250 ppm, 2-50 ppm)
Pos. 39 (AIR0240-00001PZ) → cod. 8103601 (fiala 0,5/a 0,5-5 ppm, 5-50 ppm)
Pos. 40 (AIR0246-00001PZ) → cod. CH24301 (fiala 0,2/a 0,2-3 ppm 3-30 ppm)
Pos. 54 (AIR0292-00001PZ) → cod. 8103631 (fiala 0,1/a 0,1-5 ppm 5-30 ppm)
Per la Pos. 57 (AIR0301-00001PZ), preso atto dell'indisponibilità del codice 8103801, sarà considerata accettabile anche l'alternativa originale Draeger cod. 8101631.
Resta fermo che dovranno essere offerti prodotti originali del medesimo produttore idonei alla determinazione analitica richiesta e corredati dalla documentazione tecnica necessaria a consentire la verifica della conformità del prodotto offerto rispetto alla destinazione d'uso prevista."

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 27/10/2026 09:10:19