PROCEDURA APERTA 224841950 AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DA LABORATORIO CHIMICO, FISICO, MICROBIOLOGICO E PRODOTTI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA PER LA DURATA DI MESI 48 CIG BD22887B28

QUESITO ID 225711339 giovedì 22 ottobre 2026 13.39.29 CEST

QUESITO

Testo:
In riferimento ai prodotti richiesti alle **POS. 416 (**COD. ARPA PCR0138-00100PZ - PROVETTE PER PCR, STRISCE DI 8 PROVETTE TRASPARENTI CON TAPPI SINGOLI PIATTI ATTACCATI, LOW PROFILE, CAPACITA' 0,1 UL (STERILE, DNA/DNASI/RNA FREE, PCR INHIBITOR FREE, ENDOTOXIN FREE) e
POS. 421 (COD. ARPA PCR0146-00120PZ – STRIP DA 8 MICROTUBI TAPPO OTTICO POATTO (TAPPI SINGOLI PIATTI ATTACCATI) COLORE NATURALE STERILE, NO PIROGENI-DNA, DNASI/RNAsi FREE DA 0,2 ML (TIPO MicroAmp™ OPTICAL 8-TUBE STRIP WITH ATTACHED OPTICAL CAPS) chiediamo se accettate prodotti NON STERILI in quanto i produttori leader ci comunicano che per tali prodotti non è attuabile la sterilizzazione in quanto per la loro destinazione d'uso (PCR) non è necessaria. In attesa di risposta, salutiamo cordialmente.

RISPOSTA

Con riferimento alle posizioni 416 e 421, si precisa che il requisito di sterilità non è da considerarsi vincolante. Saranno pertanto accettati anche prodotti non sterili, purché presentino le restanti caratteristiche tecniche e qualitative richieste nella documentazione di gara e risultino idonei all'impiego previsto.

Il Dirigente della Struttura Semplice
Dott. Massimo Boasso

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 26/10/2026 15:05:56