

U.MM.5035 Rev.02				Registro NC forniture																	A CURA DEL DEC/RUP				A CURA DI SGI
Numero progressivo /anno	Numero NC di sede (registro U.MM.5012)	Sede di Rilevazione della NC	Operatore che ha rilevato la NC	Data di apertura NC	Approvazione NC a cura di	Tipologia del bene: consumabile oppure strumentazione	Codice prodotto Arpa (se si tratta di consumabile)	Descrizione del prodotto	Ditta fornitrice	Contratto di riferimento	Protocollo invio ordine (se si tratta di consumabile)	Descrizione del problema riscontrato (origine della NC)	Tipo di NC (maggiore/minore)	Trattamento della NC (email di sollecito, PEC, comunicazione al cliente, ecc...)	Attuazione del trattamento (accettazione in concessione, ridefinizione dei tempi di consegna, accettazione parziale, ecc.)	Verifica attuazione del trattamento (SI/NO data)	Data di chiusura NC	Richiesta di azione correttiva (SI/NO) data	N. Azione Correttiva	Responsabile AC	Verifica attuazione AC	CHIUSURA AC (SI/NO)			
01/2025	01mag/2025	GRUGLIASCO	saraperc	27/01/2025	Pipino/Fontana	consumabile	VLS0044-01000PZ	Verax Cert+ Cap (one-piece), 9mm, PE w/Starburst preSliit, nat (Phenomenex cod. ARO-89P6-13-C)	AREACHEM Srl	AQ CONSUMABILI (mat/mau/mam)		MR005 ORD 808_2024 è giunto un prodotto con codice differente rispetto a quanto indicato in bolla e richiesto con nostro ordine.	minore	segnalazione tramite email	ulteriorazione da parte di phenomenex con la quale comunica l'obsolescenza del codice ARO-89P6-13-C e la sostituzione con il nuovo ARO-89P7-13 sempre per analisi di PFAS. e revisione di bolla di accompagnamento con indicazione dei due codici, obsoleto e nuovo	si 28/01/025	28/01/025	NO							
02/2025	03/K1103/NO/2025	NOVARA	mario cavallaro	30/01/2025	Elena Foddanu	consumabile	TEP0092-00010PZ	LEGIONELLA MWV SELECTIVE MEDIUM piastre pronte Ø 90 mm (ditta Oxoid cod.POS071A)	Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.	accordo quadro biologia e kit chimici	n.104454 del 22/11/2024	tempi di consegna/consegna parziale/mancanza di certificato/diversa ditta produttrice (vedere NC 03/K1103/NO/2025)	maggiore	telefonata di sollecito	arrivo certificato in data 6/2/2025	si 6/2/25	06/02/2025	NO							
03/2025	14_2024	ALESSANDRIA	Zuccotti Emilio - Gallo Massimiliano	09/08/2024	Sara Coluccia	consumabile	REA0061-00100GR	DIFENILCARBAZIDE sim- (CAS 140-22-7)	Merk Life Science S.r.l.	Accordo Quadro fornitura solventi, reagenti, acidi basi	n° 00091691 del 16/10/2024	Ritardo nella consegna del reagente	minore	E-mail di sollecito + riqualificazione del materiale	Riqualificazione del materiale effettuata in data 10/09/2024 e-mail sollecito 09/2024 - risposta con indicazione di invio a dicembre 2024 Ulteriore sollecito gennaio 2025	SI - 16/09/2024	16/09/2024	NO							
04/2025	2mag/2025	GRUGLIASCO	saraperc	24/01/2025	Pipino/Fontana	consumabile	REA0027-00100GR	2,4 - Dinitrofenilidrazina (DNPH) (CAS 119-26-6), per analisi (Codice D199303-100G)	Merk Life Science S.r.l.	accordo quadro acb-rea-sol - det.n.788 del 15/10/2024	Prot. n. 13416 del 14/02/2025	mancanza di chiara comunicazione da parte del fornitore di prodotto fuori produzione	minore	mail di sollecito	arrivata mail che conferma che il prodotto non è più in produzione	SI 31/01/2025	31/01/2025 ottemperato con mail giunta alle ore 11.59 da servizioclienti@merckgroup.com	SI	03_2026				SI		
05/2025	006/K1300/NO/	NOVARA	Simonetta Fizzotti	24/02/2025	Jacopo Mario Fogola	consumabile	REA0027-00100GR	2,4 - Dinitrofenilidrazina (DNPH) (CAS 119-26-6), per analisi (Codice D199303-100G)	Merk Life Science S.r.l.	AQ per la fornitura solventi, reagenti, acidi basi	n° 00091691 del 16/10/2024	mancata consegna del prodotto alla scadenza del termine stabilito, che a seguito di richieste di chiarimento e solleciti è stato segnalato come "uscito di produzione"	minore	inoltro segnalazione al Coordinamento Laboratori e all'Uff. Acquisti centrale per il prosieguo di competenza	20/03/25 mail del coordinamento che autorizza l'acquisto in autonomia di prodotto alternativo	non si procede all'acquisto	20/03/2025	SI	03_2026				SI		
06/2025	07/K1103/NO/2025	NOVARA	mario cavallaro	25/02/2025	Elena Foddanu	consumabile	TEP0072-00010PZ	Baird-Parker Agar base, piastre pronte Ø 90 mm	Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.	accordo quadro biologia e kit chimici	n.50 del 12/2/25	periodo residuo inferiore a 2/3 della scadenza	minore	contestazione formale via PEC (Prot. 17273 del 27/02/25) con richiesta di sostituzione del prodotto	sostituzione del prodotto	si, 06/03/25	06/03/2025	NO							
07/2025	03mag/2025	GRUGLIASCO	saraperc	27/02/2025	Pipino/Fontana	consumabile	mat1701-00012pz; MAM0249-01000PZ; MAM0317-00001PZ; MAM0364-00200PZ; MAT0004-00001PZ; MAT1309-00001PZ	VEDI ORDINE CIVILIA	Laboindustria Spa	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO _ STIPULA CONTRATTO PROT101181 DEL 13/11/2024	PROT101181 DEL 13/11/2024	MR005 ORD 799_2024 PRODOTTI A TUTT'OGGI (27 FEBBRAIO 2025) INEVASI E SENZA RISPOSTA RISOLUTIVA DA PARTE DEL FORNITORE	minore	13/05/2025: ORDINE EVASO PARZIALMENTE ATTRAVERSO L'INVIO DEI PRODOTTI MANCANTI E LA SOSTITUZIONE DEL MAM0364-00200PZ. RISULTANO ANCORA MANCANTI I mat1701-00012pz E I MAT1309-00001PZ - 22/07/2025 sollecitato nuovamente via e-mail-- 19 sett. 2025 inviato pec di sollecito prot. n.00081449 -	16/10/2025 MAIL DA VALERIA cOSTA : STRANCIO PRODOTTI DA Graduatoria AQ. Materiali Vari CIG AQ (codici Arpa MAT1701-00012PZ e MAT1309-00001PZ - ARTICOLI MAT1701-00012PZ E MAT1309-00001PZ ELIMINATI DALL'ORDINE - 799/2024	si/16/10/2025	16/10/2025	SI	02_2026		SI				
08/2025	02/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	SALVAJA	27/02/2025	DENIS POLATO	consumabile	CEP0081-00005PZ	CULTI -LOOP ENTROCOCCUS HIRAE ATCC 8043 (COD 12968948)	Fisher Scientific sas	TD 4475313/2024	N. 00061651 DEL 08/07/2024	Estremo ritardo nella consegna del bene, diversi avvisi di consegna tardiva da parte della ditta, senza esito positivo.	minore	ORD.LUG/24 - DD 516/2024 - ORD CIVILIA 524/24 EVASIONE PARZIALE - COSTANTE AGG.@ -DATA ULTIMA STIMATA CONSEGNA 1/2 FEBB.2025	Inviata @ pec al 07/04/2025 per chiudere ordinativo allo stato attuale delle consegne poiché il Prodotto non è stato consegnato	si 07/04/25	ordine chiuso al 06/05/2025	NO							
09/2025	03/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	SALVAJA	27/02/2025	DENIS POLATO	consumabile	ACB0053-01000ML	ACIDO SOLFORICO CAS 7664-93-9, 98 %	Merk Life Science S.r.l.	AQ REA,SOL ACB, ordinativo ott. dic 2024	N.00091691 DEL 16/10/2024	ritardo nella consegna del bene, comunicazione via @ previsione per 05/2025	minore	ORD.OTT/24 - DD 788 15/X/24 - ORD.CIVILIA 736/2024 EVASIONE PARZIALE -CONSTANTE INVIO DI @ DA PARTE DI MERCK CON AGGIORN. DI DATA STIMATA PER CONSEGNA (DA NOV A MARZO 10 @)	coordinamento ha mandato pec, ordine in arrivo previsto per 1/2 giugno 2025 - CONSEGNA MERCE 6/6/25 "confezionamento diverso da quello richiesto"	si	ordine chiuso merce consegn	SI	03_2026			SI			
10/2025	04/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	27/02/2025	DENIS POLATO	consumabile	MAM0249-01000PZ	2121-0006-02) Anse monouso con ago st. da 10ul (ex 21331)	Laboindustria Spa	AQ CONSUMABILI (mat/mau/mam) ordinativo nov_2024	N.101181 DEL 13/11/2024	certificato di qualità non pervenuto contestualmente alla consegna, sollecitato diverse volte via @. documento pervenuto, via @ a feb_2025 in lingua orientale	minore	contestazione formale via @	accettazione in concessione	si 28/02/25	28/02/2025	SI	02_2026				SI		
11/2025	05/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	27/02/2025	DENIS POLATO	consumabile	TER0250-00001PZ	KIT PER COLORAZIONE DI GRAM (361520)	DID - Diagnostic International Distribution Spa	AQ MICROBIOLOGIA ordinativo feb_2025	N. 00012228 del 12/02/2025	periodo residuo inferiore a 2/3 della scadenza	minore	contestazione formale via @	SOSTITUZIONE PRODOTTO APRILE 2025	SI 15/04/2025	15/04/2025	NO							
12/2025	08/K1300/NO/2025	NOVARA	Edgardo Tugnolo	10/03/2025	Jacopo Mario Fogola	consumabile	SOL0041-01000ML	CLOROFORMIO [CAS 67-66-3], per ANALISI DI RESIDUI	Carlo Erba Reagents Srl	AQ REA, SOL, ACB	n° 00013426 del 14/02/2025	scadenza non conforme ai termini contrattualmente stabiliti	minore	accettazione in concessione	accettazione in concessione	si 12/03/25	12/03/2025	NO							
13/2025	04mag/2025	GRUGLIASCO	saraperc	13/03/2025	Pipino/Fontana	consumabile	REA0027-00100GR	2,4 - Dinitrofenilidrazina (DNPH) (CAS 119-26-6), per analisi (Codice D199303-100G)	Merk Life Science S.r.l.	AQ per la fornitura solventi, reagenti, acidi basi	prot. n.13416 del 14.02.205	Il prodotto REA0027_ 2,4 - Dinitrofenilidrazina (DNPH) (CAS 119-26-6), per analisi non sarà ordinabile dall'AQ in essere, salvo diverse indicazioni, in quanto le ditte Carlo Erba (aggiudicataria della fornitura) e la ditta Merck (seconda in graduatoria) non riescono a fornire il prodotto. Pertanto, il coordinamento laboratori invita a valutare un prodotto alternativo. Si procederà a delegare l'acquisto previa autorizzazione del Coordinamento. - inoltre - la sede di Grugliasco dovrà eliminare dall'ordine contabile Nest; riferito al contratto Merck prot. n.13416 del 14.02.205, l'articolo in oggetto non più fornibile.	minore	trasmissione della mail del coordinamento a laboratori ai tecnici di riferimento (fatto il 20/03/2025 @frangita)	il coordinamento propone acquisto in autonomia di prodotto alternativo ma, in conclusione, vista la mancanza di fornitori in grado di fornirli, non è stato possibile effettuare l'acquisto	SI 10/10/2025	10/10/2025 ANCHE SU "Accordo quadro REA SOL ACB - Contratti ordinativi prodotto nuovo e prodotti in lista GRU - Periodo ottobre-dicembre 2025" RISULTA PRODOTTO TEMPORANEAMENTE NON ORDINABILE - PRODOTTO ELIMINATO DALL'ORDINE 246_2025	SI	03_2026			SI			
14/2025	12/550605/GR U/2025	GRUGLIASCO	GIUSFARI	17/03/2025	Pipino/Fontana	strumentazione		CONGELATORE amcota	NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA S.N.C.	RDO 47027274 LOTTO 4 CIG 8366ACBF77	113114 DEL 17/12/2024	CONSEGNA AVVENUTA IN DATA 24 GENNAIO 2025. FORMAZIONE DI GHIACCIO	minore	SONDE IN DATA 17/3/25 INVIAMO NS PEC PROT 22946 PER REITERARE IL PROBLEMA DELLA FORMAZIONE DI GHIACCIO. VARI INTERVENTI DEI TECNICI, DA ULTIMO LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA. IN DATA 27/03/2025 CON NS PROT 27229 SOLLECITIAMO RICHIESTA DI RISPOSTA. 01/04/2025 RISPOSTA DA FORNITORE, SOSTITUIRANNO IL CONGELATORE;	collaudo negativo con richiesta di sostituzione dell'apparecchio. 17 APRILE avvenuta sostituzione. collaudo positivo 23/04/25	SI 23/04/2025	23/04/2025	NO							
15/2025	30/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	30/03/2025	Coluccia	Prodotti per Qualità dell'aria	AIR0118-00050PZ-AIR XAD-7	Fiale a carbone attivo - Fiale	AQUARIA Srl	Consumabili per qualità dell'aria AQ	00021092 del 11.03.	Ritardo nella consegna Scadenza consegna: 26.03.2025	minore	Email di sollecito del 16.04.2025	Ridefinizione dei tempi di consegna (avvenuta il 13.06.2025)	SI - 13/06/2025	14/06/2025	NO							
16/2025	31/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	30/03/2025	Coluccia	Consumabili di laboratorio	MAT1722-00025PZ	Scatoletta porta filtri	AQUARIA Srl	Consumabili di laboratorio AQ	00031096 del 08.04.	Ritardo nella consegna. Scadenza consegna: 23.04.2025	minore	Email di sollecito del 07.05.2025	Ridefinizione dei tempi di consegna (avvenuta il 28.05.2025)	SI - 28/05/2025	29/05/2025	NO							

17/2025	32/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	15/04/2025	Coluccia	Fornitura di standard	SOR1102-00001ML	Chlorodifluoromethano	CHEMICAL RESEARCH Srl	AQ Standard		00024205 del 19.03	Ritardo nella consegna Scadenza consegna: 04.04.2025	minore	Email di sollecito del 07.05.2025	Ridefinizione dei tempi di consegna (avvenuta il 12.05.2025)	SI - 12/05/2025	13/05/2025	NO						
18/2025	33/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	15/04/2025	Coluccia	Fornitura di standard	SOR1094-00001ML	Custom volatile mix 6316 2000-10000 in metanolo	LGC STANDARDS Srl	AQ Standard		00024248 del 19.03	Ritardo nella consegna Scadenza consegna: 04.04.2025	minore	Email di sollecito del 07.05.2025	Ridefinizione dei tempi di consegna (avvenuta il 16.05.2025)	SI - 16/05/2025	17/05/2025	NO						
19/2025	34/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	30/04/2025	Coluccia	Consumabili di laboratorio	FIL0071-00050PZ-MAU0195-01000ML-MAU0004-05000ML	Filtri per siringa diam30- Alcool etilico denaturato-detergente alcalino per lavaggio manuale	EXACTA OPTECH LABCENTER	Consumabili di laboratorio		00031130 del 08.04	Ritardo nella consegna. Scadenza consegna: 23.04.2025	minore	Email di sollecito del 07.05.2025	Ridefinizione dei tempi di consegna (avvenuta il 08.05.2025)	SI - 08/05/2025	09/05/2025	NO						
20/2025	11/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	08/05/2025	VERZOTTI	consumabile	TEP0073-00020PZ/TEP0074-00020PZ/TEP0076-00030PZ/TEP0081-00030PZ/TEP0087-00030PZ/TEP0089-00020PZ/TEP0090-00030PZ	TERRENI DI CULTURA PER MICROBIOLOGIA	BIOLIFE ITALIANA SRL	AQ MICROBIOLOGIA ordinativo APR_2025	00032199_1004202	periodo residuo inferiore a 2/3 della scadenza	MINORE	contestazione formale via @		accettazione in concessione	SI 16/05/2025	16/05/2025	NO						
21/2025	35/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	SIMOPOSSA	13/05/2025	Pipino/Fontana	consumabile	AIR0275-00100PZ	PTFE per il monitoraggio di IPA aerodispersi, da utilizzare su specifici dispositivi, porosità 2,0 7m - diametro mm 37 - (cod. Recom 5001300): i prodotti messi in gara e ordinati prevedono una specifica porosità che non è indicata sulla	AQUARIA Srl	Acquisto MATERIALE DA LABORATORIO _ RDO 3513882/2023_AIR- ns ordini interni 136_2025 e 264_2025	20455 del 07/03/2025	20/05/2025 inviata la richiesta di certificato via @ da saraperc a sales@aquariasrl.com - 30/05/2025 sollecitato telefonicamente - Inviato sollecito di trasmissione certificato via mail 12/06/2025 – arrivato via e-mail il certificato che è ritenuto valido da Possamai Simona attraverso il visto favorevole sulle bolle di consegna.	minore	INVIATA RICHIESTA VIA MAIL	sollecitata integrazione delle certificazioni del prodotto fornito	12/06/2025	12/06/2025 – arrivato via e-mail il certificato che è ritenuto valido dal IF Dott.ssa Possamai Simona attraverso il visto favorevole sulle bolle di consegna.	NO							
22/2025	36/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	saraperc	21/05/2025	Pipino/Fontana	materiale da laboratorio	ASC0174-00001PZ	Dionex CDRS 600 Cation Dynamically Regenerated Suppressor (4mm) (Replacement for P/N 082542 Dionex CERS Cation Electrolytically Regenerated Suppressor (4 mm)) (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088668CMD)	Thermo Fisher Scientific SpA		PROT 13383 DEL 14/02/2025	la consegna ha forti ritardi (LA richiesta era il 28 febbraio 2025)	minore	SOLLECITO A CUI LA DITTA RISPONDE : Possiamo proporre come suppressore alternativo il codice SP6951 SP PROD.MEM,CSRS 300,4MM che ha lo stesso prezzo del 088668. Il suppressore SP6951, consigliato dal nostro specialista Dr. Luca Gerardo, è in pronta consegna. RICHIESTA PEC info@areachem.it _ risponde in data 26 maggio Claudia Spisso in nome e per conto di AREACHEM: "In riscontro alla sua email con la presente le comunichiamo che poco fa ci sono state consegnate dalla Thermo solo due confezioni, su 60 ordinate, del codice VLS0040-00100PZ (codice Thermo CERT5000-93W). Per tutti i prodotti qui sotto elencati, attualmente, nostro malgrado, non siamo in grado di comunicarvi una data di	Nuovo prodotto consegnato a IF che lo valida il giorno successivo apponendo il visto favorevole sulla bolla di consegna. Si resta in attesa di compiere l'iter documentale per assegnare un nuovo codice al prodotto accettato in sostituzione di quello che non verrà più consegnato.	11/06/2025	11/06/2025	NO							
23/2025	37/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	SARAPERK	27/05/2025	Pipino/Fontana	materiale da laboratorio	VLS0040-01000PZ	Convenience Kit, Certified 9mm Wide Opening Screw Vial, 2 ml, clear glass, pre-slit, inert Septum: Bonded Clear PTFE/Clear Silicone, (Ditta Thermo Scientific cod: CERT5000-93W)	AREACHEM Srl	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO_STIPULA CONTRATTO Prot. n. 31108 dell'8 aprile 2025	Prot. n. 31108 dell'8 aprile 2025	la consegna è in ritardo (LA richiesta era il 2 maggio 2025)	minore		arrivate tutte le confezioni che completano la fornitura richiesta, con il nuovo codice di Thermofisher 6PCK93W (EX CERT5000-93W)	26/06/2025	26/06/2025 arrivate tutte le confezioni che completano la fornitura richiesta, con la fornitura richiesta, con il nuovo codice di Thermofisher 6PCK93W (EX CERT5000-93W)	NO							
24/2025	033/K1300/NO /2025	NOVARA	Edgardo Tugnolo	14/05/2025	Jacopo Mario Fogola	consumabile	FIL0032-00500PZ	Filtri per siringa, Ø 25 mm circa, porosità 0,20 um, membrana in PTFE	Laboindustria Spa	AQ per la fornitura di consumabili MAT MAM MAU (fabb. di apr/sett '25)	n. 31135 del 08/04/25	prodotto consegnato in acconto (200 pezzi) con confezionamento differente da quello previsto contrattualmente	minore	contestazione formale al fornitore trasmessa via PEC in data 09/06/25	accettazione della merce come anticipo	si,01/07/2025	01/07/2025	SI		02_2026				SI	
25/2025	09/H1000/CN/2026	CUNEO	Ilaria Torta	16/06/2025	Marco Vincenzi	materiale da laboratorio	TEP0037-00020PZ	Rambach agar - piastre pronte diametro 90 mm	Merk Life Science S.r.l.	acquisto delegato - prot. 30598 del 07.04.2025		ordinata con ordine 371 del 28.05.2025 da evadere entro 10 gg, la ditta ha comunicato con mail del 09.06 che il prodotto non è disponibile e la consegna è prevista per la settimana del 06.07.2025		e-mail di sollecito del 06.06.2025	La merce è stata consegnata con bolla 235888510 del 07/09/2025	SI	06.06.2025	NO							
26/2025	41/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	saraperc	17/06/2025	Pipino/Fontana	materiale da laboratorio	ACB0053-01000ML	ACIDO SOLFORICO [CAS 7664-93-9], 98% circa, per analisi	Merk Life Science S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO_STIPULA CONTRATTO	Prot. n. 13416 del 14/02/2025	Il prodotto in oggetto, facente parte dell'accordo quadro, è attualmente fuori stock e non hanno date certe su quando il nuovo ciclo produttivo potrà iniziare.	minore	In alternativa è stato proposto il prodotto cod. 258105-1L-PC.	IN DATA 17 e 23/06/2025 I LABORATORI CONFERMANO UFFICIALMENTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA - IN DATA 23/06/2025 INVIATA ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA ALLA MERCK 24/06/2025 merck comunica annullamento prodotto precedente e sostituzione con prodotto alternativo; 14/07/2025 prodotto arrivato. Mov carico next 2440_2025	si, 14/07/2025	14/07/2025	SI		03_2026			SI		
27/2025	16/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	17/06/2025	VERZOTTI	materiale da laboratorio	pcr0138-00100PZ	PROVETTE PER PCR, STRISCIE DI 8 PROVETE (3-036-02-1)	Laboindustria Spa	AQ MAT MAU MAM	PROT.31135 DEL 08/04/2025	CARENZA DI INFORMAZIONI INDISPENSABILI (SCADENZA, CERTIFICATI STERILITA) sollecitato il fornitore ha inviato documenti con scadenza del prodotto che non rispetta i termini del 2/3	minore	invio @ per richiesta merce in sostituzione	ATTESA NOTA DI CREDITO E MERCE IN SOSTITUZIONE	si,23/10/2025	23/10/2025	SI		02_2026				SI	
28/2025	034/K1300/NO /2025	NOVARA	TUGNOLO	16/06/2025	FOGOLA	consumabile	FIL0032-00500PZ	Filtri per siringa, Ø 25 mm circa, porosità 0,20 um, membrana in PTFE	Laboindustria Spa	AQ per la fornitura di consumabili MAT MAM MAU (fabb. di apr/sett '25)	PROT.31135 DEL 08/04/2025	prodotto consegnato a saldo con confezionamento differente da quello previsto contrattualmente 100pz anzichè 500	minore	contestazione formale al fornitore trasmessa via PEC in data 18/06/25	accettazione della merce	si,01/07/2025	01/07/2025	SI		02_2026				SI	
29/2025	42/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	saraperc	18/06/2025	Pipino/Fontana	consumabile	ASC0175-01000ML	Soluzione concentrata acido nitrico/acido dipicolinico per preparazione eluente (SIGMA ALDRICH cod. 61905-1L)	Merk Life Science S.r.l.	ACCORDO QUADRO ACB_REA_SOL - DET. N. 246 del 07/04/2025 - SPESE PER ACQUISTO DI REAGENTI E MATERIALI VARI DI CONSUMO PER ANALISI	Prot. n. 33269 del 14/04/2025	ad oggi (18 giugno 2025) arrivato il 4° posticipo della data di consegna, dal 18 maggio al 30 giugno	minore	05/08/2025 mail di sollecito	08/08/2025 merce consegnata con ddt merck del 06/08/225 su ord 280_2025	si 08/08/2025	08/08/2025	SI		03_2026				SI	
30/2025	44/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	Fenoglietto	15/07/2025	Pipino/Fontana	consumabile	PBL0011-00002PZ	James - 2 fiale, cod.70542, BioMerieux	BIOMERIEUX	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO_STIPULA CONTRATTO Prot. n. 60899 del 10/07/2025	Prot. n. 60899 del 10/07/2025	15/7/2025 Segnalazione da parte del personale di magazzino dell'arrivo della fiala vuota perchè rotta.	minore	16/07/2025 comunicazione al fornitore che richiede l'invio di modulistica opportunamente firmata e documentata; 17/07/2025 invio al fornitore della modulistica come richiesto;	21/07/2025 arrivo della fiala in sostituzione	si, 21/07/2025	21/07/2025	NO							
31/2025	45/SS0605/GR U/2025	GRUGLIASCO	SARAPERK	22/07/2025	Pipino/Fontana	consumabile	MAT1701-00012PZ	Vials in vetro chiaro, da 5 mL, Øsh 20x62 mm, fondo conico, tappo a vite forato 20-400 con setto in PTFE/gomma rossa (tipo 33299 - ditta Supelco)	Laboindustria Spa	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO_STIPULA CONTRATTO Prot. 31135 dell'8/04/2025	Prot. 31135 dell'8/04/2025	ORDINE EVASO PARZIALMENTE. LA DATA DI CONSEGNA RICHIESTA ERA IL 02 MAGGIO 2025. SONO SEGUITI NUMEROSI SOLLECITI VIA E.MAIL MA NON C'E' RISPOSTA DA PARTE DEL FORNITORE		email di sollecito in data 16 giugno e in data 22 luglio 2025 19 sett. 2025 inviato pec di sollecito prot. n.00081449	16/10/2025 MAIL DA VALERIA COSTA : STRANCIO PRODOTTI DA Graduatoria AQ, Materiali Vari CIG AQ (codici Arpa MAT1701-00012PZ e MAT1309-00001PZ	si/16/10/2025	16/10/2025	SI		02_2026				SI	
32/2025	17/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	14/07/2025	VERZOTTI	materiale da laboratorio	TEP0082-00006PZ / TI	TERRENI DI CULTURA	BIOLIFE ITALIANA SRL	ACQ BIOLOGIA	prot 00056553 del 27/06/2025	prodotti non rispettano il periodo dei 2/3 scadenza	minore	telefonata con segnalazione del non rispetto dei 2/3 relativi alla scadenza	accettazione in concessione	si 15/07/2025	15/07/2025	NO							

33/2025	18/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	14/07/2025	VERZOTTI	materiale da laboratorio	TEF0080-00006PZ / T	TERRRENI DI COLTURA	BIOLIFE ITALIANA SRL	AQ BIOLOGIA	prot 00056553 del 27/06/2025	prodotti non rispettano il periodo dei 2/3 scadenza	MAGGIORE	email con richiesta di sostituzione dei prodotti che non rispettano i 2/3	invio merce in sostituzione	si 15/07/2025	22/07/2025	NO										
34/2025	19/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	DEROSA	10/07/2025	VERZOTTI	materiale da laboratorio	PBL0016-00002PZ / P	TERRRENI DI COLTURA	BIOMERIEUX	AQ BIOLOGIA	PROT 00056598 del 27/06/2025	prodotti non rispettano il periodo dei 2/3 scadenza	MINORE	email con segnalazione del non rispetto dei 2/3 relativi alla scadenza ricevuta da parte del fornitore	accettazione in concessione	si 16/07/2025	16/07/2025	NO										
35/2025	041/K13.00/NO/2025	NOVARA	Simonetta Fizzotti	22/07/2025	Jacopo Mario Foglia	consumabili da laboratorio	SOL0221-02500ML	n-EPTANO [CAS 142-82-5], per analisi gascromatografiche per ricerca idrocarburi (tipo 32677- ditta Acros)	Carlo Erba Reagents Srl	AQ per la fornitura di reagenti, solventi, acidi e basi	Prot. 13426 del 14/02/25	ritardo di consegna, oltre i limiti contrattuali e oltre lo stimato segnalato dal fornitore dopo mail di sollecito fornitura. Con mail del 21/07/25 la ditta propone invio a titolo gratuito di prodotto alternativo, in attesa poter fornire quello effettivamente ordinato	minore	inoltro al Coordinamento Laboratori e all'Uff. Acquisti centrale per il prosieguo di competenza	nulla osta alla spedizione del prodotto sostitutivo	sostitutivo consegnato in data 30/07/25 - SOL0221 originario (con codice aggiudicato in gara) consegnato	17/09/2025	NO										
36/2025	46/SS0605/GRU/2025	GRUGLIASCO	saraperc	30/07/2025	Pipino/Fontana	strumentazione		AUTOCLAVE DI DIMENSIONI NON CONFORMI	STEEL&POWER	RDO MEPA N.4824618	PROT 00019958 DEL 06/03/2025	Infine, ad una prima verifica di conformità, è emerso che le due autoclavi da 75litri del LOTTO 1 di gara per le quali i requisiti minimi da capitolato indicavano un massimo ingombro macchina (Lx PxH) di 1200 x 700 x 1400mm, risultano avere dimensioni effettive LxPxH pari a 1400x770x1200mm e quindi superiori sia a quanto richiesto sia a quanto dichiarato in offerta (LxPxH: 1200x700x1200 mm		PEC DA PARTE DELLA DIREZIONE, nella persona della Dott.ssa Laura Ebbeta in data 31/07/2025(data da confermare)- sospensione dell'intervento dei tecnici dell'installazione prevista nella settimana del 5 agosto, fino a completa definizione delle operazioni da compiere, che potrebbe anche comportare il respingimento della fornitura.	ordine annullato, reso il prodotto in data 18/11/2025 pec di risoluzione del contratto da parte del RUP	12/11/2025	ELENA STRATI:- è in corso la risoluzione del contratto con la ditta Steel & Power srl. Si chiede alle sedi di Cuneo e Grugliasco di annullare i relativi ordini Next collegati all'impegno di spesa 193/2025 affinché la	NO										
37/2025	042/K13.00/NO/2025	NOVARA	MALFIORE	01/08/2025	Jacopo Mario Foglia	consumabile	TEP0072-00010PZ	BAIRD PARKER MEDIUM	Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.	AQ MICROBIOLOGIA	prot.68022 del 31/07/2025	scadenza non conforme ai termini contrattualmente stabiliti	minore	pec con richiesta sostituzione del prodotto (Prot. 69821 di 06/08/25)	la ditta provvederà alla sostituzione (PEC del 08/08/25)	sostituzione avvenuta in data 20/08/25	20/08/2025	NO										
38/2025	15/H1000/CN/2025	CUNEO	Ilaria Torta	07/08/2025	Marco Vincenzi	strumentazione		AUTOCLAVE DI DIMENSIONI NON CONFORMI	STEEL&POWER	RDO MEPA N.4824618		l'autoclave consegnata non rispetta i requisiti di dimensioni indicate nel capitolato di gara, requisiti minimi da capitolato massimo ingombro macchina (LxPxH) di 1200 x 700 x 1400mm, dimensioni effettive LxPxH pari a 1400x770x1200mm e quindi superiori sia a quanto richiesto sia a quanto dichiarato in offerta (LxPxH: 1200x700x1200 mm), non è stato possibile effettuare l'installazione		la NC è stata presa in carico dal Coordinamento Laboratori	pec di risoluzione del contratto da parte del RUP	SI	NO											
39/2025	043/K13.00/NO/2025	NOVARA	Simonetta Fizzotti	11/08/2025	Jacopo Mario Foglia	consumabili da laboratorio	SIE0009-00002ML SIE0194-00002ML	siero aggl.- Legionella dumoffii siero aggl.- Legionella pneumophila gruppo 10	DID - Diagnostic International Distribution Spa	AQ MICROBIOLOGIA	Prot. 68946 del 04/08/2025	validità residua non conforme ai termini contrattuali	minore	contestazione formale via PEC con richiesta sostituzione prodotti - Prot. 72608 del 14/08/25	la ditta provvederà alla sostituzione (PEC del 26/08/25)	sostituzione avvenuta in data 29/09/25	29/09/2025	NO										
40/2025	35/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	04/09/2025	Coluccia	consumabili da laboratorio	MRC0354-00030GR	N VOCs - Loamy Sand 4 - 1	AREACHEM Srl	ACCORDO QUADRO STANDARD	Prot.n.00061911 del 14/07/2025	Ritardo di consegna. Dopo ns. sollecito il fornitore ci comunica i nuovi tempi di consegna (settembre/ottobre) adducendo che tra	minore	Email di sollecito del 02.09.2025 + ulteriori solleciti. La ditta dopo vari differimenti ha comunicato che consegnerà a gennaio 2026		Stante l'indisponibilità della merce si è provveduto ad annullare l'ordine, sopperendo con i circuiti interlaboratorio.	NO	15/06/2026	NO									
41/2025	36/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	04/09/2025	Coluccia	consumabili da laboratorio	SCIO225-00001ML	PAH IS Mix 24 Perdeuterated Internal standard 100 ug/ml in toluene PAH IS Mix 09 Perdeuterated Internal Standard 100 ug/ml in toluene	CHEMICAL RESEARCH Srl	ACCORDO QUADRO STANDARD	Prot.n.00061936 del 14/07/2025	Ritardo di consegna. Scadenza consegna: 31.07.2025 Dopo ns. sollecito la ditta ha comunicato che consegnerà in questi giorni	minore	E-mail di sollecito del 02.09.2025	Ridefinizione dei tempi di consegna(avenuta il 03.09.2025)	SI - 03/09/2025	04/09/2025	NO										
42/2025	37/G.07.03/AL/2025	ALESSANDRIA	CATETRIN	04/09/2025	Coluccia	consumabili da laboratorio	MAT2202-00074PZ	Provette coniche graduate 15 ml, in vetro per centrifuga, cono smerigliato con tappo in PP	Laboindustria Spa	ACCORDO QUADRO CONSUMABILI DA LABORATORIO	Prot.n.00031135 del 08/04/2025	Ritardo di consegna. Seguito ns. sollecito, considerando la continua indisponibilità del produttore, la ditta chiede di stralciare l'ar	minore	si demanda a valutazione coord. lab				NO										
43/2025	19/H1000/CN/2025	CUNEO	Cucchietti Dani	11/09/2025	Marco Vincenzi	consumabili per strumentazione	ASC0260-00001PZ (c	Dionex CDRS 600 Cation Dynamically Regenerated Suppressor (2 mm) (THERMO FISHER SCIENTIFIC cod. 088670CMD)	Thermo Fisher Scientific SpA	ACCORDO QUADRO - CIG ACCORDO QUADRO 820C8FDE92 - CIG FORNITURA 860740C732	N. Prot. 00024707 del 20/03/2025	Ritardo di consegna. Numerosi solleciti. Ultima data consegna annunciata 20 luglio. Nuovo sollecito via PEC in data 10.09.2025	minore	pec di sollecito	La merce è stata consegnata in data 23.09.2025	SI	23.09.2025	SI	01_2026							SI		
44/2025	53/SS0605/GRUGLIASCO	GRUGLIASCO	saraperc	15/09/2025	Marco Fontana	Consumabili di laboratorio	FIL0071-00050PZ	Filtri per siringa diam30	EXACTA OPTECH LABCENTER	Consumabili di laboratorio	00031130 del 08.04.2025	Ritardo di consegna		prodotto discontinuo e che proponiamo un'alternativa-rispondo che:All'atto della comunicazione della proposta alternativa, sarà necessario chiarire se l'indisponibilità sia di natura temporanea o definitiva. Qualora questa fosse temporanea, l'alternativa sarà subordinata ad una eventuale accettazione da parte del laboratorio e sarà ritenuta valida solo per questo ordine. In caso la discontinuità fosse definitiva si dovrà procedere come	Valeria Costa (uff. acquisti) comunica via mail che si provvede allo stralcio in graduatoria, perché il prodotto non sarà più fornibile	SI	02/10/2025	NO										
45/2025	047/K13.00/NO	NOVARA	Edgardo Tugnolo	01/10/2025	Elena Foddanu	consumabili da laboratorio	SIE0010-00002ML	Siero aggl.- Legionella gormanii	DID - Diagnostic International Distribution Spa	AQ MICROBIOLOGIA	Prot. 74609 del 26/08/2025	validità residua non conforme ai termini contrattuali	minore	contestazione formale via PEC con richiesta sostituzione prodotti - Prot. 85864 del 02/10/25	la ditta provvederà alla sostituzione (Prot. 86400 del 03/10/25)	sostituzione avvenuta in data 03/11/25	03/11/2025	NO										
46/2025	048/K13.00/NO	NOVARA	Edgardo Tugnolo	02/10/2025	Elena Foddanu	consumabili da laboratorio	PBL0010-00001PZ; PBL0011-00001PZ	EHR (Ehrlich) - 1 fiala, cod.70520, BioMerieux; XYL (xilene) - 2 fiale, cod.70530, BioMerieux	BIOMERIEUX	AQ MICROBIOLOGIA	Prot. 84304 del 29/09/2025	assenza evidenze del controllo della temperatura	minore	richiesta formale via PEC di idonea documentazione	riscontro della ditta (prot. 94122 del 13/10/25) ed invio tracciati relativi alla 1^ tratta, con riserva di completare intero periodo non appena disponibili i dati del trasportatore BOMI); tracciati 2^ tratta trasmessi via PEC (prot. 95699 del 03/11/25)	verifica tracciati 10/11/25	10/11/2025	NO										
47/2025	22/H1000/CN/2	CUNEO	Ilaria Torta	17/10/2025	Marco Vincenzi	consumabili da laboratorio	TEP0037-00020PZ	Rambach agar - piastre pronte diametro 90 mm	Merk Life Science S.r.l.	acquisto delegato - prot. 30598 del 07.04.2025	ordine next 571	ordinata con ordine 571 del 13.08.2025 da evadere entro 10 gg, la ditta ha comunicato dopo sollecito via mail che la consegna sarebbe avvenuta nella seconda settimana di ottobre, in data 16.10.2025 è stata inviata pec di sollecito alla quale la ditta ha fornito riscontro in data 17.10 aggiornando la consegna alla fine del mese di ottobre causa forti difficoltà di approvvigionamento		pec di sollecito - si attende consegna per fine mese	La merce è stata consegnata in data 22.10.2025	SI	22.10.2025	NO										

48/2025	3/BAT00/TO/20	TORINO	Erbetta	20/10/2025	Laura Erbeta	strumentazione	Trattativa MEPA n. 3839255 – Fornitura aggiornamento tecnologico per n. 4 Cromatografi ionici ICS-6000 X Dionex	Thermo Fisher Scientific SpA	Trattativa MEPA n. 3839255. CIG A02968C	comunicazione ARPA N. Prot. 00109731 del 04/12/2023 valida ad ogni effetto quale stipula del contratto	ritardi consegna upgrade (oltre i 90 gg rispetto ai 60 gg previsti); settembre 2024 la ditta non ha avviato nessuna installazione delle apparecchiature; installazione avvenuta ottobre 2024	maggiore	di seguito elenco dello scambio di comunicazioni con la Ditta: 1) richiesta Arpa: prot. 2024.78789 del 4/9/24 richiesta installazione entro 30 g dal ricevimento pec - installazione upgrade effettuata ad ottobre 2024; 2) webcall 24/01/25 segnalazione criticità installazione e problematiche lab. alla Ditta e richiesta risoluzione (resoconto riunione pec prot.7456 del 28/01/25); 3) risposta ditta prot. 15104 del 20/2/25: problematiche risolte - collaudi conclusi; 4) risposta Arpa prot. 23383 del 17/3/25 – richiesta fornitura ai 4 lab colonna ASI1HC da 4 mm per analisi contemporanea anioni (art.4.1 cap. spec.) riducendo/eliminando interferenze con carbonati e richiesta di installazione e formazione ai lab. (prove su campioni reali); 5) pec Arpa prot.35216 del 18/4/25 richiesta sollecito riscontro alla Ditta entro 5 gg dal ricevimento della pec; 6) risposta ditta: pec prot. 35347 del 22/04/25: disponibilità fornitura colonne e precolonne ai 4 lab. senza costi aggiuntivi - richiesta misura colonna (2 o 4 mm); 7) risposta Arpa: pec. Prot. 43625 del 16/5/25: misura colonna 4 mm; 8) pec Arpa prot.73286 del 19/8/25 sollecito spedizione colonne e precolonne entro il 10/9/25 – comunicazione di risoluzione contratto e possibile cauzione.)	1) consegna delle colonne e delle precolonne il 12/9/25 (comunicazione della ditta pec prot. 79468 del 12/9/25) 2) richiesta di Arpa alla Ditta incontro definitivo e risolutivo - convocazione riunione del 8/10/25 (pec prot lab. 85692 del 2/10/25) 3)email del 10/10/25 di Cavalieri (Manager Vendite Thermo) ad Erbeta per risoluzione e proposta cronoprogramma prot. 89010/2025 4) email di Erbeta del 02/12/2025 a conclusione dell'iter	SI	02/12/2025	NO					
49/2025	22/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	Derosa	23/10/2025	Enrico Verzotti	consumabile di laboratorio	PCR0138-00100PZ Provette PCR, strisce di 8 provette trasparenti con tappi singoli piatti attaccati, low profile, STERILE, DNA/Dnase/RNA free, PCR Inhibitor free, endotoxin free	Laboindustria Spa	AQ MAT MAU MAM	PROT.31135 DEL 08/04/2025	Sostituzione del prodotto errata (aperta prima NC minore 16/BAT05/LAL/2025): - il prodotto non è sterile; - date di scadenze diverse su DOT e su confezione; - pezzatura errata	MAGGIORE	inviare molteplici email di sollecito e di chiarimento alla ditta	accettazione della merce poiché il prodotto non è più disponibile dalla ditta fornitrice (Laboindustria)	SI, 27/11/2025	27/11/2025	SI		02_2026		SI	
50/2025	24/BAT05/LAL/2025	LA LOGGIA	Derosa	19/11/2025	Enrico Verzotti	consumabile di laboratorio	MAM0371-00100PZ, PCR0159-00096PZ, MAM0359-01000PZ,MAM0249-01000PZ, PCR0011-00350PZ, MAM0234-00500PZ - Pipette mono uso da 2ml (MAM0371); - Puntali sterili da 20-200 uL(PCR0159); - Anse monouso sterili da 1uL(MAM0359); - Anse monouso sterili da 10 uL(MAM0249); - Pipette sterili da 25 ml (PCR0011); - Piastre Petri da 90mm	Laboindustria Spa	AQ MAT MAU MAM	prot. 90287 del 16.10.2025	La ditta tarda nell'invio dei certificati e dei chiarimenti ulteriori richiesti riguardo a: - incongruenze tra i lotti indicati sui DOT e quelli riportati sulle confezioni (MAM0371 e PCR0161); - certificati di sterilità incompleti, mancanti delle informazioni necessarie per l'attestazione della veridicità del prodotto (MAM0234, MAM0249, MAM0359, PCR0011); - certificati ricevuti in lingua orientale (MAM0249, MAM0359 e PCR0011); - certificato di sterilità assente (PCR0161-00096PZ); - Per il prodotto PCR0011-00350PZ, il certificato di sterilità è in lingua orientale e non consente una corretta comprensione (è privo della data di scadenza), ma risulta comunque fuori dal requisito dei 2/3 poiché la scadenza è troppo ravvicinata, prendendo come riferimento quella riportata sulla confezione: risulta infatti fuori di 800 giorni rispetto al termine massimo per poterlo ricevere. Abbiamo inviato numerosi solleciti via email per richiedere soluzioni, ma la ditta continua a non rispondere.	Maggiore	inviare molteplici email di sollecito e di chiarimento alla ditta	Accettazione in concessione solo di alcuni prodotti (MAM0234- 00500PZ, MAM0249-01000PZ, MAM0359-00500PZ, MAM0371-00100PZ)	SI	02/02/2026	SI	02_2026		SI		
51/2025	62/S50605/GRU	GRUGLIASCO	Percelsi/Salva	02/12/2025	Pipino/Fontana	consumabile di laboratorio	Method 1613 calibration solution CS 1/10 0.1-0.5-1 (ditta CIL EDY-9999-01) (CILED99990.1)	LABSERVICE ANALYTICA SRL	ACQUISTO MATERIALE DA LABORATORIO S	Prot. n. 35451 del 22/4/2025	24/04/2025 ORDINE CON CONSEGNA POSTICIPATA A FINE OTTOBRE PER QUESTIONI DI CUSTOMIZZAZIONE. 2/10/2025 RICHIESTA CONFERMA DATA DI CONSEGNA A FINE OTTOBRE. 02/12/2025 ARRIVATA MAIL DATATA 10 NOVEMBRE 2025 RIPOSTA DA PARTE DEL FORNITORE DI PERMANERE DEL RITARDO DELLE QUESTIONI DI CUSTOMIZZAZIONE. A TUTT'OGGI NON V'è CERTEZZA della data di consegna/produzione		sollecitato il 24 aprile e il 2 ottobre c.a. SOLLECITATO via PEC - IL 10/04/2026	APRILE 2026: FORNITORE COMUNICA NUOVA DATA DI (FORSE) PRODUZIONE A FINE 2026. I colleghi microinquinanti accettano la consegna a (forse) FINE 2026			NO					
52/2025	065/K1300/NO/	NOVARA	Uliana Lo Baldo	12/12/2025	Elena Foddanu	consumabili da laboratorio	SIE0191-00002MIL SIE0196-00002MIL Siero aggl.- Legionella pneumophila gruppo 7 Siero aggl.- Legionella pneumophila gruppo 12	DID - Diagnostic International Distribution Spa	AQ MICROBIOLOGIA	Prot. 107476 del 04/12/2025	validità residua non conforme ai termini contrattuali per tutti i prodotti in ordine; per quelli indicati viene richiesta la sostituzione, gli altri accettati in concessione per necessità di utilizzo	minore	contestazione formale via PEC con richiesta sostituzione dei prodotti indicati (Prot. 111245 del 17/12/25)	accettazione parziale della fornitura; messa a disposizione per il ritiro dei prodotti per i quali è richiesta la sostituzione (riscontro della ditta Prot. 113228 del 23/12/25 - procederà alla sostituzione senza ritiro della merce non conforme) - A seguito della mancata sostituzione viene richiesta alla ditta nota di credito per i prodotti contestati e stralcio dell'ordine (PEC 23818 del 19/03/26)	SI, pervenuta nota di credito N00016 del 22/04/26	30/04/2026	NO					
53/2025	064/K1300/NO/2025	NOVARA	Simonetta Fizz	12/12/2025	Elena Foddanu	consumabili da laboratorio	Idrossilammina cloridrato [CAS 5470-11-1], Hg <= 10 ppb, per ricerca Hg in tracce	Merk Life Science S.r.l.	AQ per la fornitura di reagenti, solventi, acidi e basi	Prot. 33269 del 14/04/2025	mancato rispetto dello stimato di consegna al 20/11/2025; a seguito di richiesta chiarimenti via mail la ditta comunica che il produttore non ha più scorte disponibili e problemi in fase di controllo di qualità per il lotto in lavorazione, al momento non formulano previsioni per il rilascio	minore	i prodotti alternativi segnalati dalla ditta non sono idonei data la specificità delle caratteristiche tecniche richieste; il reattivo attualmente in uso ha scad. 06/2026; si mantiene in ordine, si attende la consegna, si tengono contatti con la ditta per aggiornamenti. Disponibilità prodotto dal 02/03/26 (come da mail di Merck del 15/01 ai Coord. Lab.)	entro il 1 trim. 2026, in assenza di consegna, si procederà a richiedere lo stralcio dall'ordine	si, prodotto consegnato in data 17/03/2026	18/03/2026	SI	03_2026		SI		
54/2025	066/K1300/NO/2025	NOVARA	Simonetta Fizz	12/12/2025	Elena Foddanu	consumabili per strumentazione	CCA**** e ASC*** varie	Thermo Fisher Scientific SpA	AQ per la fornitura di consumabili per strumentazione	Prot. 100405 del 14/11/2025	mancata consegna dei prodotti in ordine; la ditta non da riscontro ai solleciti, sia via mail, sia telefonici	minore	segnalazione ad Ufficio Acquisti e Coordinamento; Si procede ad ulteriore sollecito (mail del 19/12/25) a seguito del quale la ditta richiede al suo servizio evasione ordini di dare riscontro in merito ai tempi di consegna	in data 08/01/2026 consegna parziale degli articoli in ordine; 12/01/26 ulteriore parziale; 24/03/26 consegna a saldo	si, ordine evaso	25/03/2026	SI	01_2026		SI		
55/2025	68/S50605/GRU/2025	GRUGLIASCO	percelsi sara	24/12/2025	Pipino/Fontana	consumabile di laboratorio	BEUTE o MATRACCI CONICI DI ERLNMMAYER, collo largo - 500 ml (tipo vetro PYREX o DURAN) (Cod. 21226.44)	Laboindustria Spa	AQ MAT MAU MAM	PROT 00090287 DEL 16/10/2025	ORD 719_2025 - Arrivati 16 matracci e non 20 come indicato in bolla. Uno dei colli da 10 pz è stato visibilmente modificato per contenere il numero ridotto di matracci.	minore	inviata email ordinaria per segnalare e richiedere il reintegro dei prodotti mancanti; 29/12/2025: laboindustria risponde che spedisce oggi i 4 matracci mancanti	30/12/2025 arrivati i 4 matracci mancanti	si 30/12/2025	30/12/2025 arrivati i 4 matr	SI	02_2026		SI		